

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2020

İlan No : 2020-07-2572
İstem No : 54519
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/07/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI, MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN, MEDİUM	60	Adet					
2	TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI, MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN, LARGE	60	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜM YÜZ MASKE SETİ, ORA NAZAL, NONİNVAZİV, SİLİKON ESASLI MEKANİK VENTİLATÖR İÇİN (MEDIUM; LARGE)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske seti; 1 adet bakteri filtresi, 1 adet ara bağlantı hortumu, 1 adet ora nasal cpap maskesi ve kafa bandı içermelidir. Maske oranazal uygulama için dizayn edilmiş olmalıdır ve hastanın ağız burun kısmını içerisine almalıdır.
2. Sette yer alan maskelerde, ventilatör cihazlarının kaçak kompanizasyonu hesabı yapabilmesi için skala değerleri yer almalıdır.
3. Sette kullanılan materyaller lateks içermemelidir.
4. Maskenin alın destek kısmı 3 kademedede ayarlanabilir olmalıdır.
5. Maskenin iç kısmı silikon yapıda olmalı ve hastada travma yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Maske dirseği üzerinde, ekshalasyon valfi dışında elektrik kesintilerinde hastanın nefes alıp vermesini sağlayan güvenlik portu olmalıdır.
7. Maske devresi %15-%95 nem yoğunluğu aralığında yoğunlaşma yapmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
8. Maske üzerinde kolayca takılıp çıkartılabilecek klipsli noktalara sahip olmalıdır.
9. Hasta devresinde CO2 atılımını sağlayacak özel ekshalasyon portu bulunmalıdır.
10. Hasta devresine tutturulmuş basınç hattı bulunmalıdır.
11. Set içerisinde maskeye ait koruma kapağı olmalıdır.
12. Maske dirsekleri değişebilir özellikte olmalıdır. Bronkoscopi yapılmasına olanak tanıyan özel portu istendiğinde maskeye takılabilmelidir.
13. Oksijen giriş portu maske dirseği üzerinde olmalıdır.
14. Ara bağlantı hortumu ve ekshalasyon portunun girişleri standart olup, her türlü maske ve ventilatör cihazına uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz Özge
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dip Tes No: 49364/38828

Doc. Dr. Eylem Seren ÖZGÜR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip Tes No: 67944/99728