

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2020

İlan No : 2020-07-2611
İstem No : 54544
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 3MMX7MM	50	Adet					
2	DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX10MM	100	Adet					
3	DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX13MM	100	Adet					
4	DREN, PERNOZ, SMALL	100	Adet					
5	DREN, PERNOZ, LARGE	50	Adet					
6	İĞNE, VERESS, 120MM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 3MMX7MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Negatif basınçla drenaj yapabilecek özellikte olmalıdır.
2. Steril ambalajda flat (düz) dren uç kısmı ve rezervuar bulunmalıdır.
3. Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
4. Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Rezervuarın 150-250 cc arası sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
6. Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır. Sıvının görülmesine müsaade edecek şekilde şeffaf olmalıdır.
7. Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
8. Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Drenin absorbe eden (uç) kısmı 4mmx10 mm ve (flat) düz yapıda olmalıdır.
10. Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.

2.DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Negatif basınçla drenaj yapabilecek özellikte olmalıdır.
2. Steril ambalajda flat (düz) dren uç kısmı ve rezervuar bulunmalıdır.
3. Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
4. Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Rezervuarın 150-250 cc arası sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
6. Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır. Sıvının görülmesine müsaade edecek şekilde şeffaf olmalıdır.
7. Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
8. Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Drenin absorbe eden (uç) kısmı 4mmx10 mm ve (flat) düz yapıda olmalıdır.
10. Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.

3.DREN, JACKSON PRATT, YASSI, 4MMX13MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Negatif basınçla drenaj yapabilecek özellikte olmalıdır.
2. Steril ambalajda flat (düz) dren uç kısmı ve rezervuar bulunmalıdır.
3. Drenlerin içi oluklardan oluşturulmuş, uygulandığı doku içinde kolay drenaj yapabilecek özellikte, uç kısımları da kolay tıkanmayacak şekilde delikli olmalıdır.
4. Drenler kolayca kopmayan, yırtılmayan ve yumuşak yapıda olmalıdır.
5. Rezervuarın 300-400 cc arası sıvı hacmi olmalı ve kullanım sırasında geri sıvı kaçırmayacak özellikte valfi bulunmalıdır.
6. Rezervuarda sıvı boşaltmak için açılır kapanır kapak bulunmalıdır. Sıvının görülmesine müsaade edecek şekilde şeffaf olmalıdır.
7. Hacim işaretleri kolay ölçüm sağlamalıdır.
8. Düşük basınçlı dizaynı sürekli yumuşak vakum sağlamalı ve doku travmasını minimuma indirme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Drenin absorbe eden (uç) kısmı 4mmx13 mm ve (flat) düz yapıda olmalıdır.
10. Rezervuarı güvenli takmak için asacak veya yatak ucu klipsi bulunmalıdır.

4-5.DREN, PERNOZ, SMALL-LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Silikon yapıda olmalıdır.
2. İçerisinde opak çizgi olmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No.: 87941

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastane
Genel Cerrahi A.D.
Dip. No.: 87941

3. Atravmatik olmalıdır.
4. Esnek yapıda olmalıdır.
5. Kopmamalıdır.

6.İĞNE, VERESS, 120MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
2. İğnenin uzunluğu 120 mm olmalıdır.
3. İğnenin çapı 14 gauge olmalıdır.
4. İğnenin uç kısmı silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
5. İğnede bulunan kırmızı indikatör, iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır.
6. İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır.
7. İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.


Prof. Dr. Tahir ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dinamik No: 27964


Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dinamik No: 27964