

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2020

İlan No : 2020-07-2612
İstem No : 54545
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

ED

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAPAROSKOPIK, ASPİRASYON-İRRİGASYON SİSTEMİ, 5.0MM	50	Adet					
2	LAPAROSKOPIK, MESH SABİTLEYİCİ, EMİLEMEYEN, 5MM	5	Adet					
3	SPONGOSTAN, 7-7.5CMX5CMX1CM	50	Adet					
4	SPONGOSTAN, ANAL, JEL, EMİLEBİLEN, 80MMX30MM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. LAPAROSKOPIK, ASPIRASYON-İRRİGASYON SİSTEMİ, 5.0MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aletin çapı 5 mm, çalışma uzunluğu 30-36 cm olmalıdır.
2. Emme ve yıkama hortumları olmalıdır.
3. Ucunda emme ve yıkama işlemini hızlandıran delikler olmalıdır.

2.LAPAROSKOPIK, MESH SABİTLEYİCİ, EMİLEMEYEN, 5MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Endoskopik mesh sabitleyici stapler 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin shaft uzunluğu 34-37 cm olmalıdır.
5. Endoskopik mesh sabitleyici stapler içinde helical şeklinde 15-20 adet titanium zimba olmalıdır.
6. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin içindeki helical zımbanın genişliği 3.9-4.1 mm, yüksekliği 3.8-4.0 mm olmalıdır.
7. Endoskopik mesh sabitleyici staplerin shaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat olmalıdır.
8. Endoskopik mesh sabitleyici stapler shaftının uç kısmı aynı zamanda çıkarılmak istenen zımbalar için sökücü olarak kullanıma uygun olmalıdır.
9. Endoskopik mesh sabitleyici staplerdeki zımbanın helical kapanışı etrafındaki diğer dokulara zarar vermemesi ve zımbanın dokudan kendiliğinden ayrılmaması için arkası kıvrılarak kapanmalıdır.

3.SPONGOSTAN, 7-7.5CMX5CMX1CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 7-7.5cm x 5cm x 1cm ebatlarında olmalıdır.
2. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır.
3. Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır.
4. Vücut içinde bırakılabilmelidir.
5. Genellikle 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalı, 2-5 gün içerisinde mukoza da jelleşebilmelidir.
6. Ağırlığınca 40 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir.
7. Cerrahi aletlere yapışmamalıdır.
8. PET poşet içinde olmalıdır.

4.SPONGOSTAN, ANAL, JEL, EMİLEBİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır
2. Hammaddesi hayvan kaynaklı olmalıdır.
3. Vücut içinde bırakılabilmelidir
4. Genellikle 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalı, 2-5 gün içerisinde mukoza da jelleşebilmelidir
5. Ağırlığınca 40 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir
6. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır
7. Anal formu bulunmalıdır
8. Anal formunun içerisinde dren geçişini sağlayan bir boşluk olmalıdır
9. Cerrahi aletlere yapışmamalıdır
10. PET poşet içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır
11. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsata tabi olmalıdır
12. Emilen jelatin sponge'dan yapılmış olmalıdır
13. Silindirik şekilli olmalıdır, ortasında tübüler bir açıklığı bulunmalıdır
14. Anal kanala kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa BERKEŞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 137441

Prof. Dr. Tansin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No: 122811