

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2020

İlan No : 2020-07-2542
İstem No : 54551
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/07/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ	800	Adet					
2	MİKOBAKTERİ İDENTİFİKASYONU	100	Test					
3	ANTİTUBERKÜLOZ DUYARLILIK KİTİ	50	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti tüberküloz duyarlılık kiti;
 1. Streptomisin, İzoniazid, Rifampisin ve Etambutol (SIRE) majör tüberküloz ilaçlarının antibiyogramını yapabilecektir.
 2. Minör ilaçlar ile de gerektiğinde duyarlılık testi yapılabilmelidir. (Minör ilaçlar'dan Amikasin, Kapreomisin, Ethionamid, Protionamid, Ofloksasin, Rifabutin, Linezolid ile antibiyogram testi yapılabilmesi test için kullanılacak dilusyonlar belirlenmiş olmalıdır)
 3. Anti tüberküloz duyarlılık kiti laboratuvarımızda bulunan tam otomatik mikobakteri kültür cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Mikobakteri Kültür şişesi:
 1. Şişelerde mikobakteri kültür ve antibiyogramı tam otomatik olarak klorometrik veya floresan yöntemi ile yapacaktır.
 2. Şişele mikobakterilerin tümünü klasik yöntem olan Löwenstein Jensen besiyerinden daha hızlı üremesini sağlayacaktır.
 3. Şişeler kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Kitlerin plastik meteryale sahip olması tercih edilecektir. Şişeler diğer bakterilerin üremesini engelleyecek antibiyotikler içerecektir.
 4. Kültür şişeleri diğer bakterilerin üremesini engelleyecek antibiyotikler içerecek veya bu antibiyotikler sonradan şişeye eklenebilecektir.
 5. Kültür şişeleri laboratuvarımızda bulunan tam otomatik mikobakteri kültür cihazı ile uyumlu olmalıdır.
3. Mikobakteri identifikasyonu;
 1. Testler sıvı besiyerinde üretilmiş pozitif kültürlerden çalışabilmelidir.
 2. Pozitif örnek teste inoküle edildikten sonra 15 dakika içerisinde sonuç yorumlanabilmelidir. Testler 2-35 °C saklanmalı ve her bir test kartı koruyucu paket içerisinde yer almalıdır.
 3. Testler Mycobacterium tuberculosis kompleksi (MTbc) antijeninin kalitatif tespitine yönelik hızlı bir kromatografik immüno test olmalıdır.
 4. Testler MTbc'nin aşağıdaki türlerini tespit edebilmelidir. (M. tuberculosis, M. bovis, M. Africanum ve M. Microti) Testler kültürün oluşturulması sırasında MTbc hücrelerinden salgılanan mikobakteriyel protein fraksiyonu MPT64'ü tespit etmelidir.
 5. Değerlendirme sırasında örnekte MPT64 antijeni varsa pembe ile kırmızı renklerde bir çizgi olarak görülebilmelidir.
 6. Test kiti üzerinde kontrol ve test çizgisi yer almalıdır. Kontrol çizgisi testin doğruluğunu tespit etmelidir.

P.Ö. Dr. N. Ö. ÖZTÜRK
M.İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 8861

P.Ö. Dr. N. Ö. ÖZTÜRK
M.İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 8861