

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2020

İlan No : 2020-07-2607
İstem No : 54606
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARA BAĞLANTI HORTUMU, OKSİJEN	2000	Adet					
2	ASPIRASYON KATETERİ (SETİ), VAKUM KONTROLLÜ	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ARA BAĞLANTI HORTUMU, OKSİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske bağlantı hortumu (medikal grade) yumuşak pvc den yapılmış olmalıdır.
2. Ucunda bulunan konektörler maske ve oksijen kancasına kolayca bağlanabilmelidir.
3. En az 150cm uzunluğunda olmalıdır. Hortumun iç yüzeyinde mukavemet artırıcı kanallar bulunmalıdır.
4. Hortum kısmı kolay bükülme ve kıvrılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Hastanemizdeki oksijen sistem girişimine uyumlu olmalıdır.
6. Oksijen basıncıyla sistemden kolay çıkmamalıdır.

ASPIRASYON KATETERİ (SETİ), VAKUM KONTROLLÜ, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konektörlerin birleşiminde meydana gelmiş olmalıdır.
2. Aspiratör ucu renklendirilmiş polikarbonat olmalıdır.
3. Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içermelidir.
4. Aspiratör ucunun arkası 1/4 PVC konik konektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
5. Aspiratör hattı 1/4 x 1/6 en az (5,5 x 8,5mm) çaplarında 210cm boyunda olmalıdır.
6. Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış kes tak (kesilebilir) bağlantı (konik) konnektör içermelidir.
7. Konik konektörü kesmek suretiyle çapı 1/2 den 1/4 e kadar çıkış elde edilebilmelidir.

Uzm. Hemş. Müjde MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Hemş. Gülümser LAĞAP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Hemşirelik Hk. Koordinatörü