

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/07/2020

İlan No : 2020-07-2733
İstem No : 54686
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

11A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SES PROTEZİ, NO:2, 8MM	15	Adet					
2	SES PROTEZİ, NO:2, 10MM	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


SES PROTEZİ, NO:2, 8MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal kullanıma uygun silikon plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
3. Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
4. Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
5. Valf, radyopak mavi halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır.
6. Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalı ve extra bantlama gerektirmemelidir.
7. Ürün total larenjektomi sonrası cerrahi, prostetik ses retasyonu için kullanılmalıdır.
8. Her protez kutusu içinde 1 adet ses protezi, 1 adet yükleme tüpü (Bu tüpün içi, protezin geçişini kolaylaştırmak için özel yağla kayganlaştırılmış olmalı ve TE fistül içine anterograd yerleştirme için incelen bir uç özelliğine sahip olmalıdır.), 1 adet yerleştirici (ses protezinin uzantısının geçebileceği bir yivi olmalı ve inserter üzerinde 1 ve 2 rakamları yazılı olup sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı protezin yerleşebilmesi için atravmatik özellikte olmalıdır.
9. Protez fistülden çıkarılmaksızın özel ses protezi fırçası ile günlük bakım yapılabilmelidir.
10. Tüm set steril edilmiş olmalıdır.

SES PROTEZİ, NO:2, 10MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal kullanıma uygun silikon plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
3. Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
4. Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
5. Valf, radyopak mavi halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır.
6. Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalı ve extra bantlama gerektirmemelidir.
7. Ürün total larenjektomi sonrası cerrahi, prostetik ses retasyonu için kullanılmalıdır.
8. Her Provox2 kutusu içinde 1 adet Voice protez, 1 adet Loading Tube (yükleme tüpü: Bu tüpün içi, protezin geçişini kolaylaştırmak için özel yağla kayganlaştırılmış olmalı ve TE fistül içine anterograd yerleştirme için incelen bir uç özelliğine sahip olmalıdır.), 1 adet Inserter (yerleştirici: Voice protez uzantısının geçebileceği bir yivi olmalı ve inserter üzerinde 1 ve 2 rakamları yazılı olup sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı protezin yerleşebilmesi için atravmatik özellikte olmalıdır.)
9. Protez fistülden çıkarılmaksızın özel Provox fırçası ile günlük bakım yapılabilmelidir.
10. Tüm set steril edilmiş olmalıdır.


Prof. Dr. Yusuf VAVISOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Dip. Tes. No.: 3323


Dr. Onur İSMİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Gülak Burun-Boğaz Hastalıkları
Dip. No.: 04-392-057 Tes. No.: 118841