

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/07/2020

İlan No : 2020-07-2732
İstem No : 54775
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER, 16G	1500	Adet					
2	FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN, 16G	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, VEN 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon keleşbeęi olmalıdır.
6. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır.
7. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluęu 15-30 cm. olmalıdır.
8. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
9. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
10. İstekliler iğnelerin teknik özellikleri gösteren broşürlerini numunelerle birlikte vereceklerdir.
11. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

FİSTÜL İĞNESİ, ARTER-VEN, ARTER 16 G, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
2. Fistül iğneleri 16 gauge olmalıdır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
5. Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon keleşbeęi olmalıdır.
6. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır.
7. İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluęu 15-30 cm. Olmalıdır.
8. Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
9. Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
10. Arter fistül iğnesinde dinamik kan akımı sağlamak ve iğnenin şant duvarına yapışmasını engellemek için delik bulunmalıdır.
11. İstekliler iğnelerin teknik özellikleri gösteren broşürlerini numunelerle birlikte vereceklerdir.
12. Her iki fistül iğnesi de döner başlıklı olmalıdır.

Halil Kalkan EREN
Dişaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Bip. Tes. No.: 83744