

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

17/07/2020

İlan No : 2020-07-2782
İstem No : 54815
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/07/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEFORMİTE BAR PİNİ	40	Adet					
2	DEFORMİTE BARI, 3MMX25.4CM	2	Adet					
3	DEFORMİTE BARI, 3MMX30.48CM	3	Adet					
4	DEFORMİTE BARI, 3MMX27.94CM	5	Adet					
5	DEFORMİTE BARI STABİLİZATÖRÜ	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

PECTUS EXCAVATUM BAR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sistemin ürünleri titanyumdan imal edilmiş MRI uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen tüm ürünlerin UBB'de onaylı olmalıdır.
- 3- Sistem minimal invasive olarak uygulanabilmelidir. Minimal invasive uygulamaya yönelik olarak uygulama seti içerisinde gerekli tüm el aletleri olmalıdır.
- 4- Sistem bar ve sabitleyici (stabilizör) ve Pin'den oluşmalı maksimum yükseklik 6 mm olmalıdır. Bar kalınlığı 3mm ve yumuşak dokuların sabitleyici içerisine dolmasını engellemek için kapalı sistem olmalıdır.
- 5- Stabilizatörler kesikli ve bütün olmalıdır.
- 6- Bar boyları aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 8 inch – 20,32cm
 - 9 inch – 25,4 cm
 - 10 inch – 25,4cm
 - 11 inch – 27,94cm
 - 12inch - 30,48cm
 - 13inch – 33,02cm
 - 14inch – 35,56cm
 - 15inch – 38,1cm
 - 16 inch – 40,64cm
- 7- Sabitleyicinin pediatrik seçenekleri de set içerisinde hazır bulunmalıdır.
- 8- Barın anatomiye uygun bükülebilmesi için bar türüne uygun bar bükücüler olmalıdır.
- 9- Ürünler enfeksiyon riskine karşılık Ag (gümüş) anti bakteriyel kaplı olmalıdır.
- 10- İhale gününde yukarıdaki maddelere uygun setlerin hazır olması, set getirmeyen, eksik getiren veya sade birkaç adet numune getiren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak olup ek süre verilmeyecektir. İhale teklif veren firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.
- 11- Şartnamede belirtilen maddelerin tamamlanmasına ilişkin ek süre verilmeyecektir.

PECTUS CARINATUM BAR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sistemin hammaddesi titanyumdan olmalıdır.
- 2- Teklif edilen tüm ürünlerin UBB'de onaylı olmalıdır.
- 3- Sistem minimal invasive olarak uygulanabilmelidir. Minimal invasive uygulamaya yönelik olarak uygulama seti içerisinde gerekli tüm el aletleri olmalıdır.
- 4- Sistem bir bar ve sabitleyici (stabilizör) ve Pin'den oluşmalı, bar kalınlığı maksimum 3 mm olmalıdır.
- 5- Sabitleyici düşük profili maksimum 6 mm olmalıdır ve anatomiye özellikle uygun olmalı, tek vida ile sabitlenebilmelidir.
- 6- Bar her iki ucu sabitleyici monte edilebilecek ve kilitlenebilecek tasarıma sahip olmalıdır.
- 7- Bar boyları aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - 255mm – 260mm
 - 305mm – 308mm
 - 210mm – 315mm
 - 350mm – 355mm
- 8- Barın anatomiye uygun bükülebilmesi için bar türüne uygun bar bükücüler olmalıdır.
- 9- Ürünler enfeksiyon riskine karşılık Ag (gümüş) anti bakteriyel kaplı olmalıdır.
- 10- İhale gününde yukarıdaki maddelere uygun setler hazır olması, set getirmeyen, eksik getiren veya sade birkaç adet numune getiren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak olup ek süre verilmeyecektir. İhale teklif veren firma bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

Prof. Dr. Erhan AYAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 77361

Prof. Dr. Mehmet ÖZÜRKÜSEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No.: 43528