

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/08/2020

İlan No : 2020-08-3056
İstem No : 55068
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

17

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 07/08/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, HEMATOKSİLEN, HARRİS	10	LT					
2	ENTELLAN KAPAMA MADDESİ, 500ML	10000	ML					
3	KSİLEN	240	LT					
4	BONCUK PARAFİN	300	Kg					
5	BIÇAK, FROZEN	60	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HARRIS HEMATOXYLEN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1) Malzeme sıvı formda ve kullanıma hazır olmalıdır.
- 2) Solüsyon oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
- 3) Patoloji ve sitoloji laboratuvarında boyama maddesi olarak kullanılacaktır.
- 4) Orijinal rengine sıvı halde tortusuz olacaktır.
- 5) Ambalaj üzerinde orijinal etiketi bulunmalı, ürün adı, özellikleri, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 6) Solüsyon orijinal ambalajında 500 veya 1000 ml.lik cam veya plastik şişede olmalıdır.
- 7) Malzemenin son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır.
- 8) İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
- 9) Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
- 10) Ph:2,5-3 arasında olmalıdır.
- 11) Teslim edilen ürün ile numune aynı özellikte olmalıdır.
- 12) IVD uygulamalarına uygun olup CE belgeli olmalıdır.
- 13) 13.Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı yoksa CE, TSE veya ISO belgesi olmalıdır.


Dr. Mehmet YALDIZ
O Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Etiler
Mas. No.: 42631


Dr. Öğrt. Üyesi
MEÜ Sağlık
ve Uygulama
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 

LAM LAMEL YAPIŖTIRICISI (ENTELLAN)TEKNİK ŖARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında preparat kapatma iŖleminde yapıŖtırıcı olarak kullanıma uygun sentetik özellikte olmalıdır.
2. Orijinal ambalajında 500ml.lik cam ŖiŖelerde olmalıdır.
3. Ksilen esaslı ve berrak olmalıdır.
4. AkıŖkanlıđı kapatma iŖlemin de probleme neden olmamalıdır.
5. Özellikleri laboratuvar Ŗartlarında numune test edildikten sonra onay verilecektir.
6. Ürün son kullanma tarihi en az 18-24 ay olmalıdır.
7. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduđu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri deđiŖtirmekle mükelleftir.
8. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
9. Kapatma iŖlemi sonrasında arŖiv Ŗartlarında antioksidan bileŖimi ile boyanın solgunlaŖması engellenmelidir.
10. Çabuk kurumalıdır.
11. Bölümümüzde kullanılan rutin boyama kapama cihazına uygun alınmalıdır
12. Malzeme laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluk verilecektir.



Dr. Mehmet YALDIZ
EÜ Sağlık AraŖtırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Tes. No.: 42634


Dr. Öğrt. Üyesi
MEHMET YALDIZ
ve Uygulama
Patoloji
Dış Tıp



KSİLOL TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Patoloji laboratuvarında doku takibi , deparafinizasyon aşamasında clearing ajanı olarak kullanılacaktır.
2. İthal olmalıdır.
3. Üretici , ürün içeriği , kimyasal korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
4. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
5. Açık formülü $C_6H_4(CH_3)_2$ molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır.
6. Minimum % 99 luk ve yoğunluğu 0,86 g/ml (20 C de) olmalıdır.
7. orijinal 2,5 veya 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
8. Malzemenin bileşimindeki xylene izomeri oranı % 98,5-99,5 arasında olmalıdır.
9. İçerdiği su oranı % 0,01 -0,02 arasında olmalıdır.
10. İçerdiği Ethylebenzene oranı maksimum % 4-5 olmalıdır.
11. Bileşimindeki Toluene oranı max.% 0,1 olmalıdır.
12. Kükürt oranı max.% 0,003 olmalıdır.
13. Uluslar arası üretim standartlarına uygunluğu ihale sırasında belgelenmelidir.
14. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidirler. Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
15. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı ve bu tarih teslim tarihinden itibaren en az 24(yirmi dört) ay olmalıdır.
16. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu taktirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.



Prof. Dr. Mehmet YAL
MEÜ Başhekim. Arast.
ve Uygulama Patoloji
Dip. Tes. No...


Dr. Öğrt. Üyesi
MEÜ Başhekim. Arast.
ve Uygulama İv.
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No...

BONCUK PARAFİN TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Patoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklanması amacıyla kullanıma uygun tasarımı olmalıdır.
2. Granül formda en az 2.5 kg.lık 4 adet orijinal ambalajında olmalıdır.
3. İçeriğinde plastik polimeri ve başka katkı maddesi bulunmamalıdır.
4. Erime derecesi 60 °C olmalıdır. Temiz, parlak, boncuk formda birbirine yapışmayı engelleyecek şekilde polimer ve yağ katkısı içermemelidir.
5. Doku penetrasyonu ve çözünümü hızlı, kuvvetli olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
7. Rutin uygulamalarında homojen olarak erimeli ve dokulara problemsiz nüfuz etmelidir.
8. Doku takibinde ve doku gömmede iyi netice vermelidir.
9. Kesit sırasında mikrotom bıçaklarını köreltmemelidir.
10. Ürün özelliklerini belirten data sheetlerin (kullanım klavuzu) ve numunelerin ihale öncesi teslim edilmesi gereklidir.
11. Data sheetlerini (kullanım klavuzu) ve numunelerini teslim etmeyen firma değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir.Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
13. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
14. Üretici ,ürün içeriği,kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır



Dr. Mehmet YATIR
Etil Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634


Dr. Öğrt. Üyesi
MEÜ Sağlık
ve Uygulama
Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

FROZEN BİÇAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır
2. En az 20 adetlik ambalajda olmalıdır.
3. Otomatik sürücü kaseti içinde olmalıdır.
4. Kurumumuzda mevcut LEICE ACM 1900 frozen cihazı ile uyumlu olmalıdır
5. Numune laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Tis. No: 42634


Dr. Öğrt. Üyesi
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No: 4881-98