

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

04/08/2020

İlan No : 2020-08-3051
İstem No : 55158
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Biyokimya
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/08/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAĞIMLILIK YAPAN MADDE TARAMA KİTİ	100	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**BAĞIMLILIK YAPAN MADDE PANELİ ANALİZ KİTİ
TEKNİK ŞARTNAME**

Kit İçeriğinde Yer Alacak Testler	
1.	Amfetamin
2.	Methamfetamin
3.	Barbiturat
4.	Benzodiazepin
5.	Kokain
6.	Opiate
7.	Parasetamol (APAP)
8.	Fensiklidin
9.	Trisiklik Antidepressan
10.	Tetrahidrokannabinol
11.	Metadon

1. Teklif edilen kit Floresan İmmünoassay yöntem ile çalışan strip test olmalıdır.
2. Testlar idrar numunelerinde direkt olarak çalışabilmelidir.
3. Kit, idrar numunesinden 11'li panel testi çalışmalıdır ve her hasta için ayrı tek kullanımlık kartuş kullanılmalı ve Panel Test olarak tek ambalaj içinde olmalıdır.
4. 11'li panel test toplam 15 dakika içinde sonuç vermelidir.
5. Ambalajında her test için çift pumpalı sabit pipet, yazıcı kağıdı ve Reagent Code Chip bulunmalıdır.
6. Tüm testler aynı anda kalitatif olarak (pozitif-negatif yazarak) bakılabilmeli ve sonuçlar normal değerleri ile birlikte yazılı olarak verilmelidir.
7. Her testin içerisinde uygun olmayan numuneyi tespit eden ve testin doğru çalıştığını gösteren dahili farklı konsantrasyonlarda kit ile aynı marka, en az iki seviye kontrol materyali bulunmalıdır ve teste numunenin eklenmesiyle kontroller otomatik olarak çalışmalıdır. Internal kalite kontrol sonucunun uygunluğunu dahili yazıcıdan yazdırabilmelidir.
8. Ürün ile birlikte kontrol çalışmaya yeterli materyal ücretsiz olarak verilmelidir.
9. Test kitlerinin miadları teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miadlı olmalıdır.
10. Ölçüm stribine ek olarak test miktarının %20 fazlası kadar (pH, Dansite ve Nitrit için) ölçüm stribi de sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Lütfi TAMER
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D. Bask.
Dip. No: 36

Prof. Dr. M. Burak Yavuz ÇİMEN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Tes. No: 2459