

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/08/2020

İlan No : 2020-08-3176
İstem No : 55270
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/08/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	INTRODUCER, ANJİOGRAFİK, 6F, 11CM	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

INTRADUCER, ANJİOGRAFİK, 6F, 11CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkutan, damara geçici olarak yerleştirilen ve içerisinden kateter geçirilmesi amacıyla kullanılan iki ayrı parçadan oluşan malzemedir.
2. Ucu gittikçe incelen polyetilen veya teflon ancak elastik yapıda takriben 16-20 cm arası uzunlukta dilatatör ile dilatatörün içine geçtiği bir ucu valfli ve konnektörlü 11 -15 cm arasında uzunluk 6F-7F-8F -9F-10F kalınlıkta sheath ile bu sistemin yerleştirilmesi sırasında kullanılan yeterli uzunlukta (en az 40-45 cm uzunlukta) bir ucu j şeklinde olan 0.038 inch kalınlıkta guide-wireden oluşmaktadır.
3. Kateter giriş bölümünün dışarıda kalan hub kısmında hemostaz için silikon valf içermelidir. Silikon valf kanamayı ve hava embolisini önlemek için özel dizaynda olmalıdır.
4. Cilt ve cilt altı dokular geçilirken, dilatör ve sheath' in birbirinden ayrılmadan ilerletilmesine olanak sağlayan kitleme mekanizması olmalıdır.
5. Sheath ve dilatatör yumuşak dokuyu zedelemeyecek yapı ve esneklikte olmalıdır.
6. Yıkama, ilaç veya kontrast madde uygulamaları gibi işlemler için kateter giriş bölümünde bir adet uzatma ve üç yollu musluk bulunmalıdır.
7. Uzun süreli kateterizasyonlarda veya sheath'in uzun süre damar yolunda kalacağı durumlarda dislokasyonu önlemek için, hub kısmında bir adet cilt / sutur sabitleme halkası olmalıdır.
8. Dilatör ve sheath polyurethan' dan üretilmiş olmalıdır.
9. Dilatör ve sheath dizaynı cilt, cilt altı ve vasküler yapılarda travmaya yol açmaması için özel dizayn edilmiş olup geçiş noktaları pürüzsüz olmalıdır.
10. Dilatatör ve guide wire ucu dokuya zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
11. Setin içerisinde 1 adet ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.

Doç. Dr. Özcan ÖRSÇELİK
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 231847

Minever ÇAVDAR
Koroner Anjiyografi
Sorumlu Hemşiresi

Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kardiyoloji
Dip. Tes. No: 24612/82849