

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/08/2020

İlan No : 2020-08-3171
İstem No : 55308
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/08/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOTER PLAĞI, REUSABLE	2	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-lhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.


TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
İstane Müdür Yrd.

Nötral Elektrod

1. Tekrar kullanılabilir olmalıdır.
2. HF tekniğinde, operasyon yerinde vücuda verilen akımın geniş kapsamlı alınmasını ve HF cihazına geri yönlendirilmesini sağlamalıdır.
3. Yeniden kullanılabilir nötr elektrotlar iletken yapılı silikondan oluşmalıdır.
4. Tek katmanlı olmalıdır.
5. 5-15 kg ağırlığındaki pediatrik hastalarda kullanılmak üzere 18x12 cm ebatında olmalıdır.
6. **Ürünü teslim eden firma aesculap koter cihazına ve plağa uyumlu en az 3-3.5 metre plak kablosuile birlikte teslim etmeli.**


Prof. Dr. Nehir SUCU
MEK, Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tıp No: 146200


Dr. Doç. Dr. İren Oral KALBİSAĞDE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tıp No: 146200



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü




CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Reusable Koter Plak Ara Kablosu(2 adet)	
Merkez Ameliyathane	Marka : Aesculap marka koter uyumlu	
	Model : -	
	Seri No : -	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 12.08.2020	Var [] Yok [X]	Var [] Yok [X]

Açıklama; Kabloların bağlantı uçları kırılmıştır. Tamirleri mümkün olmadığı için tarafımızca HEK'e ayrılmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:

2 adet reusable koter plak ara kablosu

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker		

Açıklama	
----------	--