

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/08/2020

İlan No : 2020-08-3170
İstem No : 55312
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/08/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE	10	Adet					

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER PLAĞI, REUSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurumumuzda mevcut olan Covidien veya Petaş marka cihazların girişleri aynı olduğu için her iki cihaza da uyumlu olmalıdır.
2. Ürün reusable olmalıdır.
3. Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plağı arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır.
4. Kablonun koter plağı ile bağlantıyı sağladığı tutaç kısmı klemp şeklinde olmalıdır.
5. Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilmelidir.
6. Kablonun uzunluğu en az 4,5 metre olmalıdır.
7. Ürünün buhar ve plazma ile sterilizasyonu yapılabilmelidir.
8. Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.

Prof. Dr. N. N. S. C. C.
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cer.
Dip. Tes. No: 40085

Prof. Dr. Eren Oral KALBİSAĞDE
Tersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 146293



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Koter Ara Kablosu (6Adet)		
Merkez Ameliyathane	Marka :Covidien Marka Valleylab model koter cihazı uyumlu		
	Model :		
	Seri No :		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 27.07.2020	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Açıklama; Kablolar çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde içten koptuğu ve soket girişlerinin bozulduğu tespit edilmiştir. Tamirleri mümkün olmadığı için tarafımızca HEK'e ayrılmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:

6 Adet Covidien Koter Kablosu

Teknik Servis Personeli	Teknik Servis Sorumlusu	Onay
Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Teknisyen	Kayhan DİKMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	

Açıklama	
----------	--