

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/09/2020

İlan No : 2020-09-3502
İstem No : 55559
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/09/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FEEDİNG, NO:06	200	Adet					
2	SONDA, FEEDİNG, NO:08	750	Adet					
3	SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:18	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-2-SONDA FEEDİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan ve PVC olmalıdır.
2. Uzunluğu en az 45-55cm arasında olmalıdır.
3. Enjektör vb. malzeme ile bağlantı yapan ucu (ajutaj) sağlam olmalı ve ek yerinden kolayca kırılmamalıdır.
4. Ajutaj kısmı kapaklı olmalıdır.
5. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, kapalı distal ucu ve en az çapraz iki yan deliği bulunmalıdır.
6. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.,

Emine DİNLİ
Mersin Üniv. Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Göğüs Hastalıkları
Klinik Hemşiresi

Hemş. Gülümser AKÇAP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Hemşirelik Uzmanı, Koordinatörü

Uroloji

3-SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen 1-3 cc'lik balona sahip olmalıdır.
2. Üretra ve mesane için iritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
4. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandrene sahip olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
6. Apirojen olmalıdır.
7. Radyoopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
8. Sondaların uzunluğu 40 ± 2 olmalıdır.

Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Dip. Tes. No: 107411