

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/01/2021

İlan No : 2021-01-164
İstem No : 57489
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF NALZEME ALIMI

42

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VENTİLATOR SOLUNUM DEVRESİ, DISPOSABLE, ISITMALI, YETİŞKİN	88	Adet					
2	MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, YETİŞKİN, MEDIUM, RESPIRCARE CİHAZ UYUMLU	88	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SARF KARŞILIĞI VERİLECEK CİHAZ ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz yoğun bakım, poliklinik, acil ünitelerinde ve trakeostomi uygulamalı hastalarda yüksek akış değerlerinde nem terapisi uygulamalarında kullanılabilecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın üzerinde havayolu solunum gazı sıcaklığını, oksijen fraksiyonunu ve akış miktarını sürekli olarak görüntüleyen 4,3 inç renkli ekran olmalıdır. Opsiyonel olarak cihazın dokunmatik ekranlı modeli olmalıdır.
3. Ayarlamalar için döner buton olmalıdır.
4. Ünite en fazla 2 kg ağırlığında olmalı ve taşınabilirliği bu sayede üst düzeyde olmalıdır.
5. Cihaz bir oksijen kaynağına bağlandığında entegre hava sistemi yardımı ile 2-80 Litre/Dakika aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
6. Hastaya verilecek gaz akışındaki oksijen %21 ila %100 arasında ayarlanabilir olmalı, oksijen dışında başka bir basınçlı gaz kaynağına gerek duymamalıdır.
7. Cihazda FIO2 Manuel olarak ayarlanmalıdır. Opsiyonel olarak cihazın otomatik FiO2 ayarlanabilen modeli olmalıdır.
8. Cihazda oksijen beslenmesini klinik hem oksijen hortumu ile direk jak ile merkezi sistemden hemde bir oksijen line ile flowmetreden kullanılabilmelidir.
9. Cihazda ısı kontrol ayarı 31°C, 34°C, 37°C şeklinde ayarlanabilmelidir.
10. Cihaz devre içerisinde entegre ısıtıcı kablo ve ısı kontrol hattı olmalıdır.
11. Cihaz 10(± 1) dakika içinde önceden ayarlanmış akışa ulaşamadığında alarm vermelidir.
12. Cihazda aşağıdaki alarmlar bulunmalıdır.
 - a. Düşük Oksijen Konsantrasyon alarmı, (O2 too low)
 - b. Yüksek Oksijen Konsantrasyon alarmı, (O2 too High)
 - c. Solunum devresi takılı değil alarmı, (check tube alarm)
 - d. Kaçak alarmı, (Check for leaks)
 - e. Su kontrol (check water)
13. Cihaz çocuk modu için çalışma akış aralığı 2-25 litre/dk arasında sınırlamalıdır.
14. Cihaz yetişkin modu için çalışma akış aralığı 10-80 litre/dk sınırlamalıdır.
15. Cihaz, kullanım kolaylığı sağlaması açısından ayrı sıcaklık probu ve ısıtıcı tel adaptörüne ihtiyaç duymamalıdır.
16. Yüksek akış nemlendirici sisteminde istenilen oksijen fraksiyonu ultrasonik oksijen sensörü ile ekrandan takip edilebilmelidir.
17. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi verecek olup teknik özelliklerini gösteren katalog ihale dosyasında sunulmalıdır.
18. Cihazda bakteri/virüs tutucu hepa sınıf 13 performans filtre dışında dezenfeksiyon gerekirse, cihazların yüksek akış nemlendirme cihazı temizlik döngüsü dezenfeksiyon cihazı kullanılarak ozon ile 30 dk ve temiz havayla 5 dakika olmak üzere toplam 35 dk da dezenfekte edebilmeli ve diğer hastalar için kullanıma hazır hale getirebilmelidir.
19. Ürünlerin UTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
20. Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır. Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
 - a. 1 adet oksijen hortumu
 - b. 1 adet oksijen jakı
 - c. 2 adet cihaz için yedek hava filtresi
21. Ayrı kalemlerde beraber alınacak her 88 (seksen sekiz) adet Nazal Yüksek Akış seti ve 88 (seksen sekiz) adet nazal yüksek akış Ara yüzü ile beraber 1 (bir) adet firmaya ait olan yüksek akış oksijen terapi cihazı kullanım süresi boyunca ücretsiz kurulacaktır.

Prof. Dr. Ali
Mersin Üniv.
Anesteziyoloji
Dip. No.

Prof. Dr. Turgut
Mersin Üniv.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 47611-65330

1-MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, YETİŞKİN, MEDIUM, RESPIRCARE CİHAZ UYUMLU

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Tıp. Tes. No.: 763

1. Kanüller nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kanüllerinin yetişkin hasta gruplarında kullanılabilmesi için medium boyu bulunmalıdır.
3. Kanüllerin düşük ve yüksek akış (50-80 lpm) aralıklarında kullanıma uygun olması gerekmektedir.
4. Kanül hastaya bağlantı için iki farklı bağlantı aparatı olmalı ve bu sayede septumda oluşabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılabilmelidir. Ek olarak önerilen cihaz sorunsuz şekilde çalışmalı
5. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
6. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.
7. Teklif edilen kanüller kendine özgü yetişkin devre ile kullanılabilmelidir.

Prof. Dr. Tuğsan Egemen BİLGİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Tıp. Tes. No.: 47611-65330

2-VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ, DISPOSABLE, ISITMALI, YETİŞKİN

1. Nazal Yüksek Akış kiti nemlendirilmiş solunum gazlarının hastaya iletilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kiti tüm hasta gruplarında hastalara kolay uygulanması açısından tek tip olmalı ve uygulama sırasında değiştirilmesine gerek kalmamalıdır.
3. Nasal yüksek akış kiti ısıtıcı hortum hattı, chamber, chamber cihaz ara bağlantısı L şekilli 2 adet birbirine bağlı dirsek parçasından oluşmalıdır.
4. Nazal yüksek akış kitinin içindeki solunum gazını doğru şekilde ısıtmak ve yoğunlaşmayı en aza indirebilmek için ısıtma spiralli tasarıma sahip olmalıdır
5. Hortum uzunluğu en az 1,8 metre olmalı ve bu sayede cihazın hareket etmesi halinde hastanın tedavisini engelleyecek hortum gerilmelerinin önüne geçilebilmelidir.
6. Nazal yüksek akış kiti paketi içerisinde bir adet çift veya tek şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.
7. Nazal yüksek akış kitinin orijinallliğini bozan ve dış tesislerde üretilmiş ek parçalar, ek aparatlar hedeflenen noninvasiv stratejilerine ulaşma başarısını azaltacağı ve enfeksiyon riski oluşturabileceği için kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Hasta devresi paketi içerisinde bir adet tek şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde otomatik olarak devreye girecek bir şamandıra bulunmalıdır.
9. Chamber içerisinde su seviyesi şamandıra ile kontrol edilmelidir.
10. Chamber üzerinde maksimum su çizgisi olmalıdır. Chamber içerisine dolan su, her zaman bu çizginin altında kalmalıdır.
11. Nazal yüksek akış kiti 2-80 LT/dk akış aralığında çalışabilmelidir.
12. Hortum içerisine sıcaklık sensörü entegre edilmiş olmalı ve bu sayede ek kablo bağlantısına gerek duymamalıdır.
13. Set ile birlikte cihazın korumasını sağlamak için bir adet hepa sınıf 13 (katalog, uts ve bayilik kaydı teklif dosyasında sunulmalıdır.) performansına sahip filtre verilmelidir.
14. Devrenin kanül bağlantı konektörü universal olmalıdır. Kanül bağımlı devreler kabul edilmeyecektir.
15. Ürünlerin UTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
16. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Tıp. Tes. No.: 763

Prof. Dr. Tuğsan Egemen BİLGİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Tıp. Tes. No.: 47611-65330