

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/05/2021

İlan No : 2021-05-1719
İstem No : 58242
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/05/2021 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 272 µm	5	Adet					
2	LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 550 µm	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

(Çok Kullanımlık) Holmium Lazer Fibrer Şartnamesi

- 1.) Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- 2.) Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımali ve 532 nm ile 2250 nm aralığında dalga boylarıyla çalışabilmeli.
- 3.) Fiberçapları 150 micron dan başlayıp 1000 microns kadar verilebilmelidir, kullanıcının isteğine göre teslim edilecektir .
- 4.) Fiber konektörü Yüksek Enerji SMA905 ve Freestanding konektör olmalıdır.
- 5.) Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6.) Fiber Low OH Silica-Silica N.A. 0.22 yapıda malzemeden imal edilmiş, dış yüzeyi blue buffer ve ETFE kaplı olmalıdır.
- 7.) Fiberler reusable özellikte olmalı, kesinlikle tek kullanımlık olmamalı ve uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
- 8.) Fiberler etilen oksit sterilizasyonuna ve 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 9.) Fiber boyu en az 3 metre±0,2m. uzunlukta olmalıdır.
- 10.) Fiber distal ucu bare tip, 5mm±1mm. Soyulmuş olmalıdır.
- 11.) Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş olmalıdır. Fiberlerin raf ömrü paketlenme tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır.
- 12.) Fiberin SMA905 konektörü ışında cihaz veya fibere takılması gereken herhangi bir bağlantı aparatı, adaptör, konektör, ara parça vb. ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 13.) Fiberler hastanemizde kullanılmakta olan Holmium lazer cihazı tarafından otomatik tanınan düzeneğe sahip olmalıdır.
- 14.) Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul edildiğine dair taahhütname ihale dosyasında istekliler tarafından sunulacaktır.
- 15.) Fiberler T.I.T.U.B.B. de kayıtlı olmalı ve bu kayıtlarda ürün tanımlamaları reusable veya çok kullanımlık veya tekrar kullanılabilir şeklinde nitelenmiş olmalıdır.
- 16.) Fiberler ile birlikte aşağıdaki özelliklere sahip bir adet Holmium lazer cihazı ücretsiz olarak verilecektir.

Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Üroloji
Dip. Tes No: 107411

Prof. Dr. Erdem AKIN
Mardin Ünversitesi Hast.
Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 6007