

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2021

İlan No : 2021-03-857
İstem No : 58415
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

45

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/04/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 8 CH	20	Adet					
2	KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 10FR, 23CM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İletişim: Tıbbat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Talep opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Yardımcı ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR.

KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 08CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem yenidoğanlarda plevral drenaj amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik trokar üzerinde, ısıya duyarlı, şeffaf pvc kateter bulunmalıdır.
3. Kateter içinde trokar ile birlikte giriş işlemine hazır bir şekilde temin edilmelidir.
4. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
5. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.
6. Hortum boyunca X- Ray görülebilir radyopak çizgisi bulunmalıdır.
7. En az 23 cm uzunluğunda olmalı ve her cm' de bir derinlik işareti bulunmalıdır.
8. Drenaj için uç kısımda ve yanda birer adet drenaj deliği olmalıdır.
9. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
10. Kateterin ucu mevcut drenaj sistemine uygun, bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.
11. Mevcut drenaj sistemi için ek bir bağlantıya gerek olmamalıdır.
12. Steril olmalıdır.
13. 8CH kalibrasyona uygun olmalıdır.

KATETER, TORAKS, DÜZ, TROKARLI, 10FR, 23CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem yenidoğanlarda plevral drenaj amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik trokar üzerinde, ısıya duyarlı, şeffaf pvc kateter bulunmalıdır.
3. Kateter içinde trokar ile birlikte giriş işlemine hazır bir şekilde temin edilmelidir.
4. Trokar ucu operasyonda kullanılmak üzere keskin olmalıdır.
5. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.
6. Hortum boyunca X- Ray görülebilir radyopak çizgisi bulunmalıdır.
7. En az 23 cm uzunluğunda olmalı, her cm de bir derinlik işareti bulunmalıdır.
8. Drenaj için uç kısımda ve yanda birer adet drenaj deliği olmalıdır.
9. Ambalajı sert olmalıdır. Kateteri korumalıdır.
10. Kateterin ucu mevcut drenaj sistemine uygun, bağlantı girişi funnel konnektör olmalıdır.
11. Mevcut drenaj sistemi için ek bir bağlantıya gerek olmamalıdır.
12. Steril olmalıdır.
13. 10 CH kalibrasyona uygun olmalıdır.

Dr. Uyesi Ayşen ÖRMAN
Giresun Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hds. Uzmanı
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 3296-92512

Doç. Dr. Yalçın ÇELİK
Giresun Üniversitesi Hastanesi
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 3296-92512