

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

23/03/2021

İlan No : 2021-03-1092
İstem No : 58525
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/03/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN, 24MMX30-70CM	3	Adet					
2	GREFT, DACRON, Y, KNİTTED, 16MMX8MM	5	Adet					
3	GREFT, DAMAR, PTFE, STANDART KALINLIKTA, İNCE DUVARLI, SİRALLİ, RİNGLİ, 7MMX60-80CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Berdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.


NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GREFT, DACRON, TÜP, WOVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dacron yapıda olmalıdır.
2. Graft kaplamalı olmalıdır.
3. Akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
4. Sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır..
5. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
6. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
7. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.
8. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için,graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
9. Graft Woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır
10. Graft 6 mm den 34 mm kadar geniş bir size profiline sahip olmalıdır
11. Dikimi kolay olmalı greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, yada greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
12. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır




Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZDEMİR




Prof. Dr. Adnan KILIÇ

GREFT, DACRON, Y, KNİTTED TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Graft dacron yapıda ve kaplamalı olmalıdır.
2. Sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır.
3. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir.
4. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
5. Optimal velour yapısı, düzgün psodointima tabakası oluşturmalarını kolaylaştırmalıdır.
6. İmplantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için,graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
7. Graft, knitted (örgülü) şeklinde üretilmiş olmalıdır.
8. Dikimi kolay olmalıdır
9. Greftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, ya da greftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
10. Akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
11. Anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır.


Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Mersin (Üniversite) Hastanesi
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
Klinik


Prof. Dr. Abdurrahman Elçiç
Mersin (Üniversite) Hastanesi
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi
Klinik

GREFT, DAMAR, PTFE, STANDART KALINLIKTA, İNCE DUVARLI, SPİRALLİ, RİNGLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Graft PTFE materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Sütür kanaması en minimum seviyede olmalıdır.
3. Graftın minimum terleme özelliği olmalıdır.
4. Graft anastomoz yapılırken duvar içine kıvrılmalıdır.
5. Ring grefte zarar vermeden çıkarılabilmelidir.
6. Graftta implantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önleyen damar boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
7. İnce duvarlı olmalıdır.
8. Dikimi kolay olmalı, özel bir sütür malzemesi gerektirmemelidir
9. Damarların çapı 6-7-8 mm. arasında, en az 70 cm uzunluğunda ve tamamen ringli olmalıdır.
10. Uzama özelliği olması tercih sebebidir
11. Graftlarda kesilme esnasında veya graftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır

Prof. Dr. Mehmet GÖRGEN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
İ. Tıp Fak. Cerrahi A.B.D.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
İ. Tıp Fak. Cerrahi A.B.D.
E-posta No: 110170