

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/03/2021

İlan No : 2021-03-1007
İstem No : 58543
Alım No :
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

H2

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/03/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KILAVUZ KATETER, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, EKSTRA DESTEKLİ, 6F, 90CM	15	Adet					
2	KILAVUZ KATETER, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, 6F, 90CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

NEUROVASCULAR GUIDING KATETER EKSTRA DESTEKLİ

- 1) Kateter , “poliüretan” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
- 2) Kateterin iç kısmı “PTFE” kaplı olmalıdır.
- 3) Uç kısmı ise yüksek derecede Radyoopak olmalıdır.
- 4) Kateter , 6F çap için 0.070” inch iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır
- 5) Kateterler ekstra desteğe sahip olmalıdır.
- 6) Kateterler , tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmelidir.
- 7) Kateterler , 1 / 1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.
- 8) Kateterler , kullanılacak yerlerine göre 90 ve 100 cmlık uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
- 9) Kateterler , Straight , Multipurpose (Tüm açı seçenekleri) SIM II, Headhunter, Burke uç şekilleri seçenekleri bulunmalıdır.
- 10) Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.
- 11) Kateterler , FDA ve CE onaylı olmalıdır.
- 12) Kateterler , tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.

Prof. Dr. Engin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No: 64 7774343

Prof. Dr. Alihan YILDIZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No: 64 7774343

NEUROVASCULAR GUIDING KATETER

- 1) Kateter , “poliüretan” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
- 2) Kateterin iç kısmı “PTFE” kaplı olmalıdır.
- 3) Uç kısmı ise yüksek derecede Radyoopak olmalıdır.
- 4) Kateter , 5F çap için 0.056” inch 6F çap için 0.070”, 7F çap için 0.078” iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.
- 5) Kateterler , tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine sahip olabilmelidir.
- 6) Kateterler , 1 / 1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.
- 7) Kateterler , kullanılacak yerlerine göre 90 ve 100 cmlık uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
- 8) Kateterler , Straight , Multipurpose (Tüm açılı seçenekleri) SIM II, Headhunter, Burke uç şekilleri seçenekleri bulunmalıdır.
- 9) Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında yazmalıdır.
- 10) Kateterler , FDA ve CE onaylı olmalıdır.
- 11) Kateterler , tekli steril ambalajında olmalı ve üzerlerinde son kullanma tarihi yazmalıdır.

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik A.D.
Dip. Tes. No.:G4147/74343

Prof. Dr. AYN YILDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik A.D.
Dip. Tes. No.:10105