

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

18/03/2021

İlan No : 2021-03-992
İstem No : 58548
Alım No :
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/03/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CERRAHİ DOKU YAPIŞTIRICISI, SIYANOAKRİLAT İÇERİKLİ, 0,5ML	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HİSTOACRYL TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Ürün içeriği Butyl ve Siyanoacrilat monomerden (bileşenden) oluşmalıdır.
- 2-Ürün 0.5 ml ,tek kullanımlık plastik ampuller halinde olmalıdır.
- 3-Her ampul, aynı zamanda dış sterililitesini sağlayarak , ampulü harici kontaminasyondan korumak amacıyla 1 adet aliminyum poşet içerisinde bulunmalıdır.
- 4-Ürün doku yapıştırıcısı ve hemostatik etkiye sahip olmalıdır.
- 5-Ürün materyali Enbucrilate olmalıdır.
- 6-Ürün uygulandıktan 30 sn içerisinde aktive olmalıdır.
- 7-Uygulamadan itibaren, 3 gün boyunca %100 mikrobiyal bariyer sağlamalıdır.
- 8-Gereksiz kullanımı engellemek amacıyla, ürün yeterli kullanıldığı anlamına gelen renklenme dokuda görülmelidir.
- 9-Ürün 5 lik ve 10 luk paketlerde sunulmalıdır.
- 10-Doku yapıştırıcısı ile boyanan aletler , kolay temizlenebilmelidir.
- 11-Ürün doku içi ve doku dışı kullanıma uygun olmalıdır.
- 12-Ürün steril ambalajdan çıktığı anda , kullanıma hazır olmalıdır.
- 13-Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
- 14-Ürün miadı en az 18 ay olmalıdır.
- 15-Ürünün FDA onayı olmalıdır.


Prof. Dr. Engin KAR
MEÜ Sağlık Araştırmaları
ve Uygulama Merkezi
Radyodiyagnostik A.Ş.
Dip. Tesc. No: 64147/740


Prof. Dr. Yalçın YILDIZ
MEÜ Sağlık Araştırmaları
ve Uygulama Merkezi
Radyodiyagnostik A.Ş.
Dip. Tesc. No: 64147/740