

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/04/2021

İlan No : 2021-04-1254
İstem No : 58883
Alım No :
Talep Eden Birim : RADYOLOJİ DEPOSU / Radyoloji Anjiyografi Servis Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/04/2021 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, SİMETRİK UÇLU, YETİŞKİN, 14.5F, 19CM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HEMODİYALİZ KATETERİ TÜNELLİ SİMETRİK UÇLU YETİŞKİN 14.5 F, 19 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Carbothane veya Poliürethane malzemeden üretilmiş olmalı, yüksek kırılma direnci sağlamalıdır.
2. Kateter kalınlığı 14.5fr gövdesi düz olmalıdır.
3. Ambalajın üzerinde ister toplam boyu, ister hub-uç arası yazılmış olsun, mutlaka Cuff- uç arası belirtilmiş olmalıdır.
4. Öncelikle İnternal Jugular, Femoral ven veya Subklavian ven'e takılabilmelidir. Kateter, en az 350 gerektiğinde 400ml/dk diyaliz yapabilmelidir.
5. Kateter iki lümenli ve radyopak olmalıdır.
6. Lümen konektörleri, klempler veya lümen uzantıları üzerinde kateterin boyu, uzunluğu ve arter veya ven priming volümleri yazılı olmalıdır.
7. Kateterin lümen uçları(Luerlock); arter için kırmızı, ven için mavi renkli olmalıdır.
8. Kateterin vücut içerisine yerleşirken, hava embolisinin engellenmesi ve kanamanın minimum olması için Apart Sealth, Valf'li olmalıdır.
9. Kateterin Lümen uzantıları Silikondan veya siklonlu Poliürethandan üretilmiş olmalı, kolay kapatılabilmeli ve kateterin hastada kaldığı süre içinde sızdırma yapmamalıdır.
10. Kit, Steril ve Şeffaf ambalajda olmalıdır.
11. Kitin içerisinde minimum bulunması gerekenler:

- a. 1 adet 14,5fr Kateter
- b. 1 adet 18G, 7cm Introducer iğne
- c. 1 adet 0.038inç, 70cm J/Straight Flexble kılavuz tel
- d. 1 adet 10 - 12cc Enjektör
- e. 1 adet 16fr sheath (valfli)
- f. 2 adet basamaklı dilatör,
- g. 1 adet Bistüri (#11)
- h. 1 adet Tunneling (Stylet, tool)
- i. 1 adet Yara Örtüsü
- j. 2 adet Enjeksiyon kapağı

Prof. Dr. Yılmaz YILDIR
M.E.U. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dip. Tesis. No: 64447/74040

Prof. Dr. Engin KARA
M.E.U. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dip. Tesis. No: 64447/74040