

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

07/05/2021

İlan No : 2021-05-1750
İstem No : 59376
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

46

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/05/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 7.5CMX70M	20	Adet					
2	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 10CMX70M	20	Adet					
3	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 15CMX70M	10	Adet					
4	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 20CMX70M	10	Adet					
5	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 25CMX70M	10	Adet					
6	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 30CMX70M	10	Adet					
7	STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK, 40CMX70M	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DİŞİ OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STERİLİZASYON RULOSU, TYVEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tyvek Sterilizasyon rulosu hidrojen peroksit sterilizasyonuna uygun malzemelerin paketlenmesinde ve Hidrojen Peroksit sterilizasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tyvek rulo sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunda renk değiştiren Hidrojen Peroksit indikatörü bulunmalıdır.İndikatörün dönüşüm rengi net bir şekilde gözlenebilmelidir. İndikatör su bazlı olmalıdır.
3. Tyvek rulonun geçirgen kısmı %100 yüksek yoğunluklu polietilen dupont tyvek, film kısmı ise şeffaf polyester ve polietilenden oluşan lamine film olmalıdır.
4. Film kalınlığı minimum 55 ±5 mikron olmalıdır. Lamine film delinme ve yırtılmaya dirençli olmalıdır.
5. Medikal tyvek minimum 60 gr/m² olmalıdır.
6. Tyvek rulonun gaz geçirgenliği olmalı, bakteriyel bariyer özellik taşımalıdır.
7. Tyvek ruloların her iki kenarında en az 2 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır. İşlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.
8. Tyvek rulonun kenar kaynakları minimum 10 mm kalınlığında olmalıdır ve sterilizasyon işlemi sırasında açılmamalı, patlamamalıdır.
9. Teklif edilen ürün 120 derece (± 5 derece) sıcaklık ile kapatılarak kullanılmalıdır. Belirtilen sıcakta kapatma yapıldığında çekme, yanma vb. deformasyonlar oluşmamalıdır. Kapatma sırasında kapatılan bölgede göz ile ayırt edilebilir renk değişikliği olmalı, yapışmayan noktalar kolay farkedilebilmelidir.
10. Tyvek rulonun açma yönü belirtilmiş olmalı. İşlem görmüş üründe açma sırasında tyvek yada film yüzeyde soyulma, yırtılma, deformasyon olmamalı, partikül oluşmamalıdır. Ayrıca ruloların filmi sterilizasyon işlemi esnasında steril edilecek malzemeye yapışmamalıdır.
11. Teklif edilen ürünler üzerinde marka, ebat, lot numarası ve ait olduğu standart yazılı olmalıdır. Pigment migrasyonunu önlemek için, tüm baskılar asıl sterilizasyon bölgesinin dışında olmalıdır.
12. Rulolar sızdırmazlık testine tabi tutularak denenecektir. Hastane istediği taktirde bedeli firma tarafından karşılanmak üzere ürünleri bağımsız bir kuruluşa yada laboratuvara test etmek üzere gönderebilecektir.
13. Üretici firma ISO 9001ve/ve ya ISO 13485 belgelerine, ürün TS EN 868-5 sertifikasına ve CE belgesine ve ya CE uygunluk beyanına sahip olmalıdır.
14. Titubb kaydı ve onayı ibraz edilmelidir.
15. Teklif edilen ürün orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretim parti (lot) numarası, son kullanma tarihi belirtilmeli.
16. Yüklenici firma, malzemeler'in üretim, imalat hataları , teslimat aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan kullanıma uygun olmayan ürünlerin belirlenmesi durumunda malzemeyi orijinal, yeni ve sağlam malzemeyle değiştirmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
17. Teklif edilen ürün özel koşullar gerektirmeden 15-30 derece sıcaklık ve % 30-70 nem aralığında saklanabilmeli


Prof. Dr. Külden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu