

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/06/2021

İlan No : 2021-06-2090
İstem No : 59460
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Enfeksiyon Lab.
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/06/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELİSA KİT, QUANTİFERON TÜBERKÜLOZ GOLD PLUS	480	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Quantiferon TB Teknik Şartnamesi

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalıdır.
2. Kit ile TB bakterisine karşı spesifik CD4 ve CD8 T lenfosit INF-gamma yanıtı kantitatif olarak tespit edilebilmelidir.
3. Kit içeriğinde çalışma için gerekli özel kan alma tüpleri (Nil kontrol ,Mitojen kontrol, TB1, TB2 Antijen) bulunmalıdır.
4. TB bakterisine karşı spesifik CD4 ve CD8 T lenfosit INF-gamma yanıt çalışmasında her bir tüp için gerekli tam kan miktarı 1ml olmalıdır.
5. Kit örnek olarak plazma kullanılmalı ve mononükleer hücre izolasyonu gerektirmemelidir
6. Kan alma tüpünde TB bakterisine karşı spesifik CD4 INF-gamma yanıtı için ESAT-6 / CFP-10 uzun peptid antijenleri, CD8 INF-gamma yanıtı için CFP-10 kısa peptid antijenleri bulunmalıdır.
7. 37C de inkübe edilen ve plazmaları ayrılmış örnekler, çalışmaya kadar 2-8 C de en az 15 gün saklanabilmelidir.
8. ELISA plağına eklenecek plazma miktarı 50uL olmalıdır.
9. Kit içeriğinde INF-gamma standardı bulunmalıdır.
10. Sonuçlar IU/ml olarak verilebilmelidir.
11. Kit ile birlikte analiz programı verilmeli, analiz programı ile elde edilen veriler otomatik olarak hesaplanabilmelidir
12. Kit ile birlikte Elisa okuyucu ve Elisa Yıkayıcı çalışma boyunca kurulmalıdır.
13. Ürünler uygun koşullarda elden teslim edilmelidir, kargo ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
14. Ürünlerin teslimi sırasında uygulama yapılacak, kitlerin çalışmadığı tespit edilirse, yeni lot numaralı kitlerle değişim yapılacaktır.
15. Firma aplikasyon uzmanı tarafından en az 3 gün aplikasyon desteği verilmelidir.
16. Teklif veren firmalar üretici firmanın tek yetkili temsilcisi olmalı veya Türkiye’de tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Emin ŞAHİN HORASAN
MEU Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları
Dış. Tıp. Bölümü

Prof. Dr. Özlem KANDEMİR
MEU Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Enfeksiyon Hastalıkları
Dış. Tıp. Bölümü
Tic. Sic. No.: 67989