

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

03/06/2021

İlan No : 2021-06-2087
İstem No : 59718
Alım No :
Talep Eden Birim : Kan Merkezi / Kan Merkezi
Konu : SARF MALZEME ALIM

46

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 07/06/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAN TORBASI, TEKLİ	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKLİ KAN TORBASİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tam kanın alınması, saklanması ve transfüzyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kan torbası iğnesi 16 G ve silikonla kaplanmış, ağrısız kan almaya uygun, eğimli, pürüzsüz olmalı, plastikten yapılmış kapağı bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılamamalıdır.
3. Kan alma hortumu en az 100 cm uzunluğunda, kalınlığı 4 mm olmalı ve üzerinde belirli aralıklarla numune alımına uygun şekilde düzenlenmiş torba ile aynı seri numarası bulunmalıdır.
4. Kan torbaları üzerinde tercihan Türkçe yazılmış dayanıklı yapıda bir etiket bulunmalıdır. Etiket, ısı değişikliklerinde ve nemli ortamlarda torbadan ayrılmamalıdır. Etiket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
5. Torba hacmi ve içerisindeki antikoagülan solüsyon miktarı uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
6. Torba plastiği PVC ve içerisindeki çözeltinin kolayca görülebilmeye uygun olmalıdır.
7. Torba içerisinde antikoagülan olarak CPDA-1 bulunmalıdır.
8. Torbalar 450±10 ml tam kan almaya elverişli olmalıdır.
9. Ambalaj direkt ısı ve ışık ile temasın önlenmesi için aliminyum olmalıdır. Torbalar arasında nemlenmeyi ve yapışmayı önleyecek seperatör bulunmalı, ambalaj vakumlanmalıdır. Paketler üzerinde torba üzerindeki etiket bilgileri bulunmalıdır (Ambalajlar 4,5,6 ya da 10 torba içerebilir).
10. Malzemeler sağlam koliler içerisinde teslim edilmeli, koliler üzerinde torba bilgileri yer almalıdır.
11. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı, bozuk, yırtık ambalaj ya da ürün ile karşılaşıldığında sağlamları ile ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
12. Teklif edilen malzeme yerli üretim ise TSE/TSEK, yabancı üretim ise ISO/FDA gibi üretildiği ülkenin onayından geçtiğine dair kullanılabilirlik belgesine sahip olmalıdır.

Myolog Tuğba TEN
EÜ Sağlık Araştırma
Uygulama Merkezi
Transfüzyon Merkezi
Gözetim

Prof. Dr. Eyüp Naci TİFTİK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları Hematoloji
Bölümü