

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

25/06/2021

İlan No : 2021-06-2433  
İstem No : 59743  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Hematoloji / Çocuk Hematoloji Polikliniği  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2021 15:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                    | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 14G | 2      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 16G | 2      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 15G | 2      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 17G | 2      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

2.KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR.

## İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 14G TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik iliği aspirasyon amaçlı yapılmış olmalıdır.
2. Luer lock olmalıdır.
3. Çapı 2.0 mm olmalıdır.
4. 4-5cm uzunluğunda 14 gauge olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalıdır.
6. Kurumumuz 2Dmatrix fiber lazer yöntemi ile cerrahi alet takip ve dökümantasyon sistemi kullanılmaktadır. Uhdesinde malzeme kalan firmalara teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce yazılı olarak verilecek olan alfa nümerik sayılarını 2D matrix fiber lazer yöntemi ile barkotlayarak teslim edeceklerdir. 3MM altındaki malzemelere barkod vurulamayacağı için kurumumuzca verilecek numara yazılacaktır. Cerrahi aletlerin garanti süresi içerisinde 2D matrix fiber lazer işaretleme de dahildir.

## İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 16G TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik iliği aspirasyon amaçlı yapılmış olmalıdır.
2. Luer lock olmalıdır.
3. Çapı 1.60 mm olmalıdır.
4. 4-5cm uzunluğunda 16 gauge olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalıdır.
6. Kurumumuzda 2D matrix fiber lazer yöntemi ile cerrahi alet takip ve dokümantasyon sistemi kullanılmaktadır. Uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce yazılı olarak verilecek olan alfa nümerik sayılarını 2D matrix fiber lazer yöntemi ile barkotlayarak teslim edeceklerdir. 3MM altındaki malzemelere barkod vurulamayacağı için kurumumuzca verilecek numara yazılacaktır. Cerrahi aletlerin garanti süresi içerisinde 2D matrix fiber lazer işaretleme de dâhildir.

Prof. Dr. Selma ÜNÜ  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.B. Çocuk Hematoloji  
Dip. Tes. No.: 129430

Begümhan Demir GÜNDOĞAN  
Araş. Gör. Dr. Begümhan Demir GÜNDOĞAN  
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. Hematoloji ve Onkoloji  
Dip. Tes. No.: 129430

## **İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 15G TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kemik iliği aspirasyon amaçlı yapılmış olmalıdır.
2. Luer lock olmalıdır.
3. Çapı 1.8 mm olmalıdır.
4. 4-5cm uzunluğunda 15 gauge olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalıdır.
6. Kurumumuzda 2D matrix fiber lazer yöntemi ile cerrahi alet takip ve dokümantasyon sistemi kullanılmaktadır. Uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce yazılı olarak verilecek olan alfa nümerik sayılarını 2D matrix fiber lazer yöntemi ile barkotlayarak teslim edeceklerdir. 3MM altındaki malzemelere barkod vurulamayacağı için kurumumuzca verilecek numara yazılacaktır. Cerrahi aletlerin garanti süresi içerisinde 2D matrix fiber lazer işaretleme de dâhildir.

## **İĞNE, BİYOPSİ, KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU, REUSABLE, 17G TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kemik iliği aspirasyon amaçlı yapılmış olmalıdır.
2. Luer lock olmalıdır.
3. Çapı 1.4 mm olmalıdır.
4. 4-5cm uzunluğunda 17 gauge olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalıdır.
6. Kurumumuzda 2D matrix fiber lazer yöntemi ile cerrahi alet takip ve dokümantasyon sistemi kullanılmaktadır. Uhdesinde malzeme kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi el aletlerinin her birine idaremizce yazılı olarak verilecek olan alfa nümerik sayılarını 2D matrix fiber lazer yöntemi ile barkotlayarak teslim edeceklerdir. 3MM altındaki malzemelere barkod vurulamayacağı için kurumumuzca verilecek numara yazılacaktır. Cerrahi aletlerin garanti süresi içerisinde 2D matrix fiber lazer işaretleme de dâhildir.

**Prof. Dr. Selma ÜNAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.-Çocuk Hematoloji B.D.  
Dip. Tes. No.: 83753

**Beğüm Demir Gündoğan**  
Araş. Gör. Dr. Beğümhan Demir GÜNDOĞAN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. Hematoloji ve Onkoloji  
Dip. Tes. No.: 129430