

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/06/2021

İlan No : 2021-06-2148
İstem No : 59834
Alım No :
Talep Eden Birim : ANESTEZİ ve REANİMASYON DEPOSU / Anestezi Stoğu
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

HG

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/06/2021 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SU TUTUCU, ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SU TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Su tutucu, Drager marka Primus model anestezi cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Su tutucu, cihazı neme ve ölçüm hattından gelebilecek partiküllere karşın koruma yapısına sahip olmalıdır.
- 3-Su tutucu, örnekleme gazındaki su yoğunlaşmasını tutucu özel bir yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Su tutucu, dış yüzeyi şeffaf iç yapısı görülebilir özellikte olmalı ki bu sayede kirliliği kontrol edilebilmelidir.
- 5-Su tutucu, ambalaj yapısı üretici firma tarafından kapalı paket olup ikinci kez kullanıma kapalı olmalıdır.
- 6-Su tutucu üzerinde üretim ve son kullanım tarihi belirtilmelidir.
- 7-Su tutucunun Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna kaydı olmalı ve UBB kayıt numarası üzerinde yazmalıdır.
- 8-Su tutucu, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 9-Su tutucu, cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

Prof. Dr. Nurcan DÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D
Dip. Tes. No.: 51793

Dr. Öğr. Üyesi Aslınur SAGÜN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 125751