

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

29/07/2021

İlan No : 2021-07-2752
İstem No : 60604
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF VE LABORATUVAR MALZEME ALIMIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/08/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, FEMORAL, 11-12.5FR, 16-25CM	60	Adet					
2	KÜLTÜR ÇUBUĞU	1000	Adet					
3	LANSET, METAL	15000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma

çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, FEMORAL, 11-12.5FR, 16-25CM


1. Hemodiyaliz veya aferez tedavi işlemleri için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subclavian ve femoral vene uygulanabilir olmalı.
2. Femoral kateterin gövdesi poliüretandan imal edilmiş radyopak ve ısıya duyarlı olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşamalı ve uç kısmı damara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.. Kateter bağlantı boruları femoral için düz olmalıdır.
3. Kateter çapı 11-12.5 Fr uzunluğu 16-25 Cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde **cm çizgileri** mutlaka bulunmalıdır.
5. Nitinol Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.038” çapında, 60 cm olmalı ve uzunluk işaretleri bulunmalıdır.
6. Kateterin damar dışında kalan bölümü 12GA distal ve 12GA proximal olmak üzere iki kısma ayrılmalıdır.
7. Kateter lümenleri kataterin priming hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.
8. Katater seti aşağıdaki parçalardan olmalıdır.
 - a. 1 (Bir) adet 11-12.5 F enjeksiyon başlıklı Poliüretan Radyopak katater.
 - b. 1 (Bir) adet 0,038” x 60 cm Nitinol Guide Wire
 - c. 1 (Bir) adet bistüri
 - d. 1 (Bir) adet vessel dilatörü
 - e. 1 (Bir) adet intraducer needle
 - f. 2 (İki) adet Heparin Kilit
9. Kateterin arter yolu için kırmızı , ven yolu için mavi renkli birer klemp olmalıdır.
10. Kateter görülebilir ambalajda olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet A. KUYUM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Kelimesi
Bil. Tel. No. 83744

Diğer Teknikleri
Hüseyin ÖZKAN
[Signature]

2-KÜLTÜR ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kültür çubuğu tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
2. Materyalin alınabilmesi için ucu pamuklu steril bir silgeci olmalıdır.
3. Materyal alındıktan sonra saklanabilmesi için jelli saklama tüpü olmalıdır.


Prof. Dr. NURETTİN KILIÇ
M.E.U. TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 8801


Prof. Dr. ZEYNEP ÖZTÜRK
M.E.U. Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 814

Hemşirelik

3- LANSET, METAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli ambalajlı paketlerde olmalıdır.
2. Uç kısmı cildi tahriş edecek şekilde pütürlü olmamalıdır. Paslanmaz çelik olmalıdır.

Uzm. Hemş. R. Zive NURSE GAVDAR
Mersin Ü. V. Fak. Hesi Hastanesi
Baş Hemşire Yardımcısı

Mehmetden Benar
Gözetken Hensin
E/R