

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/10/2017

İlan No : 2017-10-4655
İstem No : 34587
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/10/2017 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YÜZEY SİLME MENDİLİ, HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN	250	Adet					
2	SIVI FİLTRE, DİYALİZAT HEMODİYALİZ MAKİNASI İÇİN	24	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SIVI FİLTRE DİYALİZAT HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fresenius 4008 SMarka Hemodiyaliz cihazına uygun olmalıdır.
2. 85 c'ısı dezenfeksiyonuna dayanıklı olmalıdır.
3. 28 cm. Uzunluğunda, çift çıkış silindir şeklinde olmalıdır.
4. Orijinal paketinde olmalıdır.
5. Üretim tarihi ve etiketi okunur olmalıdır.
6. Endotoksin tutucu özelliğine sahip olmalıdır.
7. Kullanım ömrü 3 ay 100 seans ya da 11 hipo dezenfeksiyonuna dayanıklı olmalıdır.
8. Parça kodu B5008201 olmalıdır.
9. Titubb kaydı olmalıdır.
10. Ubb kaydı olmalıdır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet A. KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Nefroloji
Dip Tesis No: 1897-11

HEMODİYALİZ CİHAZLARI İÇİN YÜZEY SİLME MENDİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mendilin iç malzemesi 100 adet ve ebatları 16,5*30 cm olmalıdır.
- 2-Kullanılan mendil malzemesi "spunlace"(dokumasız mendil,havlu kumaş) 60g/m2 olmalıdır.
- 3-Mendilin malzemesi %80 polyester %20 viskon karışımında olmalıdır.
- 4-Mendil rulo ve silindir sarım halinde olmalıdır ve her 30 cm de bir perfore olmalıdır.
- 7-Mendil ile birlikte 5 adet dispenser sistem kova ve kapağı bedelsiz verilmelidir.
- 8-Dispenser kova ve kapağı mendil için uyumlu olmalıdır.
- 5-Satın alınan mendile tekabül gelen , konsantre yüzey dezenfektanı bedelsiz verilmelidir.
- 6-Konsantre dezenfektan hemodiyaliz cihaz üreticisinin onayladığı marka olmalıdır
- 7-Mendil ve dezenfektanın cihazın dış yüzeyine zarar vermemelidir.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet A. KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Nefroloji
Dip. Tesis No: 1807-11