

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/10/2017

İlan No : 2017-10-4651
İstem No : 34712
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/10/2017 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TROKAR, PORT, TORASİK, 15MM	5	Adet					
2	TROKAR, PORT, TORASİK, 11.5MM	10	Adet					
3	TROKAR, PORT, TORASİK, 5.5MM	10	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DISPOSABLE 15 MM TORASİK TROKAR

- Tamamı disposable olmalıdır.
- Torakoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
- Trokar sistemi, obtüratör ve kantilden oluşmalıdır.
- Kantülün uzunluğu 60 mm olmalıdır
- Obtüratörü küt uçlu olmalıdır.
- Kantülün göğüs duvarına sabitlenebilmesi için vida sistemi olmalıdır.
- Kantülün materyali yalıtkan plastik olmalıdır.
- Thoracoport kantülü ile çapı 16,5 mm 'ye kadar olan el aletler ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Kantül üzerinde silikon membran sistemi bulunmalıdır.
- Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
- Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 77361

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KÖKSEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43520

DISPOSABLE 11.5 MM TORASİK TROKAR

- Tamamı disposable olmalıdır.
- Torakoskopik ameliyatlara kullanıma uygun olmalıdır.
- Trokar sistemi, obtüratör ve kantilden oluşmalıdır.
- Kantilün uzunluğu 60 mm olmalıdır
- Obtüratörü künt uçlu olmalıdır.
- Kantilün göğüs duvarına sabitlenebilmesi için vida sistemi olmalıdır.
- Kantilün materyali yalıtkan plastik olmalıdır.
- Thoracoport kantülü ile çapı 12 mm 'ye kadar olan el aletler ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Kantil üzerinde silikon membran sistemi bulunmalıdır.
- Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
- Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 77361

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KÖKSEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43526

DISPOSABLE 5.5 MM TORASİK TROKAR

- Tamamı disposable olmalıdır.
- Torakoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- Trokar sistemi, obtüratör ve kantilden oluşmalıdır.
- Kantülün uzunluğu 60 mm olmalıdır
- Obtüratörü künt uçlu olmalıdır.
- Kantülün göğüs duvarına sabitlenebilmesi için vida sistemi olmalıdır.
- Kantülün materyali yalıtkan plastik olmalıdır.
- Thoracoport kantülü ile çapı 6 mm'ye kadar olan el aletler ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Kantül üzerinde silikon membran sistemi bulunmalıdır.
- Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
- Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve bu sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmelidir.

Prof. Dr. Erhan AYAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No: 77361

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KÖKSEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43528