

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

01/03/2018

İlan No : 2018-03-990
İstem No : 37872
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2018 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON SARGISI, BUHAR, 120CMX120CM	40000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STERİLİZASYON SARGISI, BUHAR, 120CMX120CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 polipropilenden imal edilmiş olmalı ve selüloz içermemelidir.
2. Ürün 60 gr/m² olmalı, gramaj dağılımı ürünün her bölgesinde homojen olmalıdır.
3. Hidrojen Peroksit, Buhar ve Etilen oksit sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
4. Suyu karşı yüksek oranda geçirmezlik sağlamalıdır.
5. Esnek olmalı, gaz geçirgenliği olmalıdır.
6. Mikroorganizma bariyerliği özelliği olmalıdır.
7. Yumuşak yapıda olmalı, mukavemetli olmalıdır.
8. Ürün sterilizasyon esnasında deforme olmamalıdır.
9. Teklif edilen ürünlerin mikrobiyel bariyer özelliği olduğuna dair akredite laboratuvarlarca yapılmış sterilite deney raporları, mikrobiyel bariyer test raporları ile belgelenmeli ve bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
10. Sterilizasyon sargısı (wrap) EN 868 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.
11. Üretici firmanın ürünleri Clean Room da ürettiğine dair akredite laboratuvarca düzenlenmiş Clean Room raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
12. Sterilizasyon sargısının 120cmx 120cm ve cm ebatlarında olmalıdır.
13. Ürünler koli içerisinde olmalıdır. Ambalaj üzerinde marka ,miktarı,üretim ve son kullanım tarihi belirtilmeli ya da bilgileri içeren kullanım klavuzu ürün ile birlikte reslim edilmeli
14. Kolinin üzerinde lot numarası, üretim son kullanma tarihleri, üretici firma bilgileri, saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır.
15. Titub kaydı ve onayı ibraz edilmelidir.

Ayser MERİC
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Gülden ERGÖNÜ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu