

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

AE

24/04/2018

İlan No : 2018-04-1882
İstem No : 39392
Alım No :
Talep Eden Birim : SERVİS DEPOLARI / Kalp Damar Cerrahisi Ameliyathane Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/04/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KALP KAPAĞI, AORT, MEKANİK, GREFTLİ, BİLEAFLET, ROTATABLE, VLSLV, 25MM	3	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - nemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - nemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
 - nemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI DEĞERLENDİRME DİŞİDİR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**
- İletişim: İletişim: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Talep opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

İmza: ÇUKUR
İmza: Müdürlük Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AORT KAPAKLI CONDUIT GREFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapaklı Graft Dacron yapıda olmalıdır.
2. Graftın sızdırmazlık özelliği olmalı ve terleme yapmamalıdır.
3. Pre-Clotting gerektirmemelidir.
4. Optimal velour yapısı,düzgün psödointima tabakası oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.
5. Graftın implantasyon esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için,graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.
6. Graft woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır
7. Graftlerde oblik, transvers kesilme esnasında, yada graftlerden parça çıkarıldığında, örgü yapısına bağlı olarak tiftiklenme ve ayrılma olmamalıdır.
8. Graft akordeon özelliği ile esneyebilmelidir.
9. Graft anastomoz sırasında kanama minimum düzeyde olmalıdır
10. Kapak mekanik, bileaflet olmalıdır
11. Kapak düşük profil yapıda olmalıdır
12. Kapağın leafletleri housing bölümü içinde dönebilme "rotatable" özelliğine sahip olmalıdır.
13. Kapaklı graftin açılma açısı en az 75 derece olmalıdır.
14. Kapağın leafletleri (tercihen halkasıda) pyrolitic karbondan yapılmış olmalıdır.
15. Kapak, leafletleri annulusün üstüne doğru çeken "upstream pivot axis" tasarımına sahip olmalıdır. Bu tasarım özelliği ile leafletler hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanmalı ve pıhtı oluşma riskini minimuma indirmelidir.
16. Leafletler kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmalıdır.
17. Graftın kapağı 1.5 Tesla gücünde MRI ile uyumlu ve radyopak olmalıdır; Sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında leaflet hareketleri görülebilmelidir.
18. Graft kan akımında turbulance meydana getirmemelidir.
19. Değişik aortik annülüs anatomilerine uyum sağlayarak kolay dikilebilmelidir. Özel bir suture kullanımı gerekmemelidir
20. Kapaklı graft yerleştirildikten sonra çıkarılabilen kapak tutacağı bulunmalıdır.
21. Kapak protezinin dikiş halkası dacron, PTFE yada polyesterden mamul olmalıdır
22. Kapak 21 mm'den 33 mm'ye kadar ikişer milimetre olarak artan ölçülere sahip olmalıdır. (21,23,25,27,29)
23. Graftın uzunluğu tüm modeller için en az 10 cm olmalı ve bu uzunluk genişletilmiş graft için 14.5 cm olmalıdır.
24. Graftın kumaşı doku ile kısa sürede bütünleşmeyi mümkün kılmalıdır.
25. Kapaklı graft kutularında kesinlikle termokoter bulunmalıdır
26. Kapağın her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
27. Graftlerin son kullanma tarihlerine 6 ay kala firma tarafından değiştirilmelidir.

Prof. Dr. Murat ÖZGEN
MEB. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Dr. İsmail ÖZGEN

Prof. Dr. Ayhan SUCU
MEB. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Dr. Ayhan SUCU