

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/04/2018

İlan No : 2018-04-1895
İstem No : 39394
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/04/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:12	50	Adet					
2	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:16	1250	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO:16 TEKNİK ŞARTNAMESİ - Üroloji -

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 42 ± 4 cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.

2-SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:12 TEKNİK ŞARTNAMESİ - Üroloji -

1. Ayrı bir lümen den check valf mekanizmalı şişirilebilen 1-3 cc'lik balona sahip olmalıdır.
2. Uzunluğu 40 ± 2 olmalıdır.
3. Üretra ve mesane için irritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
5. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandrene sahip olmalıdır.
6. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
7. Apirojen olmalıdır.
8. Radyopak çizgisi ve plastik luer-llock valfi olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mesut TEK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Dip. Tes. No: 107411