

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/05/2018

İlan No : 2018-05-2008
İstem No : 39452
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKG KABLOSU, TEK PARÇALI, 10 LEAD	2	Adet					
2	MANDAL TAKIMI, EKG İÇİN	2	Adet					
3	PUAR TAKIMI, EKG İÇİN	2	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FAST CLİP (Mandallı kol-bacak elektrodu) Teknik Şartnamesi

- 1- Kutu içerisinde 4 adet bulunup renk kodlarına uyumlu olmalıdır.
- 2- Mandallı tipte olup kol ve bacağı bağlanabilmelidir
- 3- 4mm'lik hasta kablosu girişine uygun olmalıdır
- 4- Elektrod kısmı paslanmaz çelik yapıda olmalı ve temizlik açısından kolayca mandaldan çıkarılıp takılabilmelidir

Kayhan DİKMEN
T.C. 15.03.2018

GÖĞÜS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Vakumlu tutturulabilir tipte olmalıdır
- 2- Paket içerisinde 6 adet mevcut olmalıdır
- 3- 4 mm'lik hasta kablosu girişine uygun olmalıdır
- 4- Elektrod kısmı paslanmaz çelik yapıda olmalıdır

Kayhan DİKMEN
T.C. 15.03.2018