

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/05/2018

İlan No : 2018-05-1996
İstem No : 39549
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİ SERUM, HUMAN IGG	1200	Test					
2	ANTİ SERUM, HUMAN IGA	1200	Test					
3	ANTİ SERUM, HUMAN IGM	1200	Test					
4	ANTİ SERUM, HUMAN C3C	900	Test					
5	ANTİ SERUM, HUMAN C4	900	Test					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. Anti Serum Human C3C;
 1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
 2. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) alarak alınmalıdır.
 3. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
 4. Teklif edilecek kitlerin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuvarımızda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarımız da o ambalajdan çalışılan test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını ücretsiz olarak karşılamalıdır.
2. Anti Serum Human C4;
 1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
 2. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) alarak alınmalıdır.
 3. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
 4. Teklif edilecek kitlerin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuvarımızda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarımız da o ambalajdan çalışılan test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını ücretsiz olarak karşılamalıdır.
3. Anti Serum Human IgA;
 1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
 2. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) alarak alınmalıdır.
 3. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
 4. Teklif edilecek kitlerin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuvarımızda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarımız da o ambalajdan çalışılan test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını ücretsiz olarak karşılamalıdır.
4. Anti Serum Human IgG;
 1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
 2. Test serum (lipemik, hemolitik, ikterik), plazma, BOS ve idrar örneklerinden çalışılabilir.
 3. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) alarak alınmalıdır.
 4. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
 5. Teklif edilecek kitlerin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuvarımızda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarımız da o ambalajdan çalışılan test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını ücretsiz olarak karşılamalıdır.
5. Anti Serum Human IgM;
 1. Test tam otomatik bir şekilde, nefelometrik ve kantitatif olarak, sabit zaman ölçüm yöntemi ile çalışılacaktır.
 2. Test sonuçları kantitatif (birime dayalı sayısal değer) alarak alınmalıdır.
 3. Test laboratuvarımızda bulunan nefolometre cihazı ile uyumlu olmalıdır.
 4. Teklif edilecek kitlerin ambalajlarının kaç testlik olduğu belirtilmeli ve laboratuvarımızda çalışılarak doğrulanmalıdır. Ambalajın test sayısı ile laboratuvarımız da o ambalajdan çalışılan test sayısı farklı olduğunda firma eksik test sayısını ücretsiz olarak karşılamalıdır.

Prof. Dr. Nuran DELİBAĞLI
MEÜ TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 8881

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
MEÜ TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Öğretim Üyesi
Dip. No: 814