

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2018

İlan No : 2018-05-2138
İstem No : 39714
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AC

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, MEDIUM	300	Adet					
2	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, SMALL	600	Adet					
3	ELDİVEN, CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN, LARGE	600	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

CERRAHI ALET YIKAMA ELDİVENİ

1. Eldiven, sterilizasyon bölümü yıkama ünitesi uygulamalarında kullanılan dezenfektanlara ile kullanıma uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.
2. Üretici firma, eldivenin dezenfektan kimyasallarına karşı test ettirmiş olmalı ve direnç testlerini hastaneye sunmalıdır.
3. Eldiven, bilek kısmını tam sarmalı ve koruma oluşturması için min. 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
4. Eldiven, CE, EN455-1,2,3 ve EN420 standartlarına göre üretilmiş olmalı ve Category III (PPE, Personal Protection Equipment) sınıfı olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldiven EN374-1,2,3 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Eldiven, kimyasal dayanıklılığı yüksek olması sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14 mm olmalıdır.
8. Parmak uçları pütürlü olmalıdır.
9. Eldiven, pudra içermemelidir.
10. Eldivenler non-steril olup, sağ sol ayrımı olmamalıdır.
11. Eldiven en az 50'lük kutularda,
12. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi en fazla 1,5 olmalıdır.
13. Eldivenin kopma kuvveti, yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum 10N olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. Eldivenin raf ömrü min.2 yıl olmalıdır.
15. Small, Medium, Large olmak üzere üç boyutu olmalı.
16. Eldivenin ambalajı üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.
17. Teklifte beraber numuneler de verilmelidir. Değerlendirme, eldivenleri kullanacak olan birim tarafından, numuneler denendikten sonra yapılacaktır. Getirilen numune ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
18. Ürün açılmasından sonara şartnameye uygun olmadığı tespit edilenler firma tarafından koşulsuz olarak değiştirilecektir.

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Ayser MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire