

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2018

İlan No : 2018-05-2131
İstem No : 39721
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

45

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RİBOFLAVİN SOLÜSYONU, İZOTONİK	9	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Korneal Croslinking Oftalmik Riboflavin Teknik Şartnamesi

1. Riboflavin keratonokusun ilerlemesini durdurmak için yapılan corneal crosslinking uygulaması sırasında kullanılmalıdır.
2. Her bir ürün ışık geçirmeyen ambalajlarda steril olmalı her ambalajın içerisinde steril kanül çıkmalıdır.
3. **Isotonik riboflavinler en az 3.0ml olmalıdır. Ürün dekstran içermemelidir. 100 ml içinde en az 0,1 g riboflavin içermelidir**
4. **Korneayı inceltmemek için Hidroksipropilmetilseliloz (HPMC) içermelidir. 100 ml içinde 1.1 g Hidroksipropilmetilseliloz (HPMC) riboflavin içermelidir**
5. Söz konusu ürün istendiğinde diğer riboflavin tipi olan epiteli kazımadan uygulanan 2ml Transepitelyal riboflavin ile iki'ye bir oranda ücretsiz değiştirilecektir. Te riboflavinin 100 ml içerisinde en az 0.25g Riboflavin, 1.2 g Hidroksipropilmetilseliloz ve 0.01 g Benzalkoniumclorid bulunmalıdır.
6. Söz konusu ürün istendiğinde diğer bir riboflavin tipi olan 3ml Dekstran içeren isotonic riboflavin ile ücretsiz değiştirilecektir. Dekstranlı riboflavinin 100 ml içerisinde en az 0.1 g Riboflavin, 20 g Dekstran 500 bulunmalıdır.
7. Söz konusu ürün istendiğinde korneayı kalınlaştırmak için kullanılan diğer bir riboflavin tipi olan 1,5 ml Dekstran içermeyen hipotonik riboflavin ile ücretsiz değiştirilecektir. Hipotonik riboflavinin 100 ml içerisinde en az 0.1 g Riboflavin, bulunmalıdır.
8. **Ürünlerin barkod yada köntör sistemi olmamalıdır. Barkod ve köntör sistemi olmayan her crosslinking cihazı ile uyumlu çalışabilmelidir.**

Dr. Ertan YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları

Prof. Dr. Ayça YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göğüs Hastalıkları
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları