

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2018

AE

İlan No : 2018-05-2137
İstem No : 39736
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN	250	LT					
2	SOLÜSYON, NÖTRİLİZASYON	140	LT					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SOLÜSYON, NÖTRİLİZASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nötralizasyon solüsyonu, hastane cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, konteynerlerin ve ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan cam malzemenin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu için otomatik yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra asidik nötralizasyon ile yukarıda belirtilen tüm tıbbi cihazların diğer asitte çözünabilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünün kullanım çözeltisi ph değeri 12-13 (± 1) arasında olmalıdır olmalıdır.
4. Solüsyon, hastanemizde bulunan, dozaj pompası ile çalışan Belimed marka otomatik yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün konsantre olmalı, 40°-60°C de 1-3 mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Yüklenici, teklif edilen ürün ile temas eden cerrahi aletlerde ya da cihaz parçalarında oluşabilecek üründen kaynaklanan sorunları gidermekle yükümlüdür.
7. Yüklenici soruna neden olan ürünü şartnameye uygun yeni bir ürün ile değiştirmeyi yazılı olarak taahhüt etmelidir.
8. Ürün CE Belgesine sahip olmalı, Direktif 93/42/EEC'ye göre Tıbbi Ürün olmalıdır. ISO 10993 uygunluğu (kimyasal kalıntı testi) belgelendirilmelidir.
9. Ürün atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğe uygun olmalıdır.
10. Materyal Güvenlik Veri Dosyası (MSDS) veya teknik dosyası ibraz edilmelidir.
11. Ürün 5L'lik orijinal kilitli ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretici firma ismi, lot numarası bulunmalıdır. Ambalajında Türkçe etiket bilgisi olmalıdır.
12. Ürün ekli verim firmalar muayene için 5 L ürün numunesi ve ürün kataloğu vermelidir.
13. Kurum gerek gördüğü takdirde ürünü test etmek amaçlı Türk Halk Sağlığı Kurumu'na yollayabilir. Bu durumda tüm masraf firma tarafından karşılanacaktır.
14. Teklif edilen ürün **SOLÜSYON, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN** ile birebir uyumlu olmalıdır.

SOLÜSYON, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon kurumumuzdaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuvarlarda kullanılan camların alkalik temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Solüsyon otomatik yıkama-dezenfeksiyon makineleri üretici firmalar tarafından onaylı olmalıdır.
3. Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
4. Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93°C de termik olarak veya 60°C kimyasal olarak dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.
5. Teklif edilen ürün konsantre olmalı, en fazla 3-5mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün kullanım çözeltisi ph değeri 2-3 (± 1) olmalıdır.
7. Solüsyon, hastanemizde bulunan, dozaj pompası ile çalışan Belimed marka otomatik yıkama-dezenfeksiyon makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu

Ayser MERİÇ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Temsilci

8. Yklenici,teklif edilen rn ile temas eden cerrahi aletlerde ya da cihaz paralarında oluřabilecek rnden kaynaklanan sorunları gidermekle ykmldr.
9. Yklenici soruna neden olan rn řartnameye uygun yeni bir rn ile deęiřtirmeyi yazılı olarak taahht etmelidir.
10. En uygun teklif rnn iřletme maliyetine gre belirlenecektir.iřletme maliyeti;sabit-sıcaklık ve srelerde etkin temizlik saęlayan kullanım konsantrasyonuna gre belirlenecektir.
11. rn CE Belgesine sahip olmalı, Direktif 93/42/EEC'ye gre Tıbbi rn olmalıdır.ISO 10993 uygunluęu (kimyasal kalıntı testi) belgelendirilmelidir.
12. rn atık ynetimi genel esaslarına iliřkin ynetmelięe uygun olmalıdır.
13. Materyal Gvenlik Veri Dosyası (MSDS) veya teknik dosyası ibraz edilmelidir..
14. rn 5L'lik orijinal kilitli ambalajlarda olmalı,ambalaj zerinde marka,retici firma ismi,lot numarasıbulunmalıdır.Ambalajında Trke etiket bilgisi olmalıdır
15. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve rn kataloęu vereceklerdir.
16. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir. Kurum gerek grdę takdirde rn test etmek amalı Trk Halk Saęlıęı Kurumu'na yollayabilir. Bu durumda tm masraf firma tarafından karřılanacaktır.
17. Teklif edilen rn **SOLSYON, NTRİLİZASYON** ile birebir uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Glden ERSZ
ME Saęlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon nitesi
Sorumlusu

Ayser MERİ
ME Saęlık Arařtırma
ve Uygulama Merkezi
Merkezi Sterilizasyon nitesi,
Sorumlu Hemřire