

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2018

İlan No : 2018-05-2130
İstem No : 39827
Alım No :
Talep Eden Birim : Tıbbi Onkoloji / Tıbbi Onkoloji Ayaktan Kemoterapi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/05/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İLAÇ BAĞLANTI SETİ, VALFLİ, FİLTRELİ, KONNEKTÖRLÜ	300	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

530608

İĞNESİZ KONNEKTÖR VALFLİ VE FİLTRELİ İLAÇ BAĞLANTI SETİ

- 1.Set; IV Konnektörler, setler ve intravasküler uygulama setleri ile birlikte kullanıma uygun, ışıktan korumalı bağlantı seti olmalıdır.
- 2.Bağlantı seti; iğnesiz sistemle ilaç hazırlama ve uygulamalarına uygun, kapalı sistem olmalıdır.
- 3.Bağlantı seti üzerinde 1 adet 0,22 mikron taxol filtre bulunmalıdır.
- 4.Bağlantı seti; 1 adet havalandırma filtrelili sivri serum giriş ucu, 1 adet kapalı iğnesiz, valfli Y-konnektör, 1 adet kırmızı renkli klemp, 1 adet geriye sıvı kaçımasını engelleyen luer check valfi, 1 adet hidrofobik havalandırma filtrelili kapak ve ışığa duyarlı ilaçlar için ışıktan korumalı poliüretan hortumdan oluşmalıdır.
- 5.Bağlantı setinin dolum hacmi 5,2 ml olmalıdır.
- 6.Setin Y-konnektörü medikal dereceli polyester (valoks) ve silikon materyalden üretilmiş olmalı ve sıvı geçişine ancak herhangi bir tamamlayıcı uzatma setine veya enjektöre sağlam şekilde bağlandığında izin vermelidir.
- 7.Setin Y-konnektörü; iç çapı (ID) 1,55mm ve 2,8mm arasında olan luerlock ve luer slip bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
- 8.Setin Y-konnektörü; lipid, kan ürünleri ve antineoplastik ilaçlar ile geçimli olmalı, bu ürünlerle temasından sonra kullanımına devam edilebilmelidir.
- 9.Setin Y-konnektörü; alkol, betadin ve klorheksidin gibi dezenfektanlarla geçimli olmalıdır.
- 10.Setin Y-konnektörü; 7 gün boyunca kullanılabilir nitelikte olmalı, bu süre boyunca mikrobiyolojik bariyer sağlayabilmelidir. Bu özellik klinik çalışmalarla desteklenebilmelidir.
- 11.Setin Y-konnektörü; iğne batma yaralanmalarından korumasının yanı sıra AIDS, Hepatit vb.enfeksiyonları engelleyebilecek şekilde mikrobiyolojik bariyer oluşturmalıdır.
- 12.Tek tek steril olarak ambalajlanmış ürün EN standartlarına uygun olarak paketlenmelidir. Ürünlerin üretim yerinde, bioburden ve endotoksin yük (LAL) testleri uygulanmalıdır. Tüm materyaller ISO/ANSI/AAMI 10993'a uygun olarak biouyumlu (biocompatible) yani biyolojik işlevlere toksik veya zararlı etkisi bulunmayan yapıda olmalıdır. Sterilizasyon uygulamaları UNI EN ISO 11137-1-2-3'a uygun olmalıdır. Tüm bu standartlar yüklenici firma tarafından belgelenebilmelidir.
- 13.Ürün lateks ve DEHP içermemelidir.
- 14.Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.
- 15.Türkçe kullanma kılavuzu her satış paketinde bulunmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet ERÇOLAK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hüs. M.D. ve İb. Onkoloji B.D.
Dip. Tes. No: 97929-103895


Doç. Dr. Mehmet ERÇOLAK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hüs. M.D. ve İb. Onkoloji B.D.
Dip. Tes. No: 97929-103895