

T.C.

İlan No : 2018-05-2268
İstem No : 39856
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Ultrason / Renkli Doppler 1
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AE

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/05/2018 15:00:00

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- OT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.**

TEKRAR KULLANILABİLİR TABANCAYA UYUMLU TRUCUT BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde yüksek kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2. Biyopsi sistemi tekrar kullanılabilen metal biyopsi tabancası ve buna uygun tek kullanımlık biyopsi iğnelerinde oluşmalıdır.
3. Biopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
4. Biyopsi iğnesi üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi kalınlığını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmalıdır.
6. Biyopsi iğnesi, US ve BT altında yüksek görünürlük özelliğine sahip olmalıdır.
7. Biyopsi iğnesi ile tabanca tam uyum göstermeli, atış uzunluğu (örnekleme boyutu) tabanca üzerinden 15-22 mm arasında ayarlanabilmelidir.
8. Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışarıya alınabilmelidir.
9. Biyopsi iğneleri , 16G, kalınlık ve 15 cm uzunluklarda olmalıdır.
10. Biyopsi iğnesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
11. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
13. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
14. İğneler orijinal ve üretici firma onaylı olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Onay belgesi istendiği takdirde sunulabilmeli, CE belgesi ihale evrakları içerisinde sunulmalıdır.
15. Malzemeler için ihale tarihinden önce Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk alınmalıdır.

Uzm. Dr. Yüksel BALCI
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyoloji
Dip. Tes. No.:87012

Prof. Dr. F. Demir APAYDIN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyoloji A.B.D.
Dip. No: 10001