

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

25/05/2018

İlan No : 2018-05-2492  
İstem No : 40209  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/05/2018 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması              | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | MAY GRUNWALD                    | 5      | LT    |             |              |       |          |                    |
| 2    | LABORATUVAR SAATİ, DİJİTAL      | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | BONCUK PARAFİN                  | 300    | Kg    |             |              |       |          |                    |
| 4    | SOLÜSYON, HEMATOKSİLEN, HARRİS. | 12     | LT    |             |              |       |          |                    |

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR


Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## DİJİTAL LABARATUVAR SAATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1.Dijital çalışma ve gösterge sistemine sahip olmalıdır.
- 2.Bir dakika aralarla 1 den 60 dakikaya kadar,her zaman süresinde ayarlanabilmeli ve Zamanın bittiğini alarm zili çalarak duyurmalıdır.
- 3.Teknik arızalara karşı bir yıl garantili olmalıdır.
- 4.Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.


  
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 42934

  
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 59071-106265

## MAY GRUNWALD TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Malzeme sıvı formda kullanıma hazır ve özgül ağırlığı  $0,78-0,79 \text{ gr/cm}^3$  ( $20^\circ\text{C}$  de) olmalıdır.
2. Histolojik ve Sitolojik boyamalara uygun olmalıdır.
3. Giemsa solüsyonu ile uyumlu çalışmalıdır.
4. Solüsyon oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.
5. Kullanıma başladıktan sonra en az 48 saat aynı kalitede boyama elde edilebilmelidir.
6. Nükleus sitoplazma kontrastını ortaya çıkaran bir boyama elde edilmelidir.
7. Solüsyon orjinal ambalajında 500ml.lik veya 1000 ml.lik PP şişede olmalıdır.
8. Boya solüsyonu 0,7 gr\lt metilen blue chloride (C.I.52015)VE 0.5 GR\lt ve 0.5 gr\lt eosin y.(C.I.45380) içermelidir.
9. Hacimce %36.5 metanol içermelidir.
10. Kaynama noktası 65 santigrat derece olmalıdır.
11. Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı ve bu tarih teslim tarihinden itibaren en az 18- 24 ay (onsekiz-yirmidört ) olmalıdır.
12. Numuneler laboratuarda test edildikten sonra, uygunluğuna karar verilecektir.


  
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No... 12634

  
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No... 59071-106265

## BONCUK PARAFİN TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Patoloji laboratuvarında doku takip ve doku bloklanması amacıyla kullanıma uygun tasarımı olmalıdır.
2. Granül formda en az 2.5 kg.lık 4 adet orijinal ambalajında olmalıdır.
3. İçeriğinde plastik polimeri ve başka katkı maddesi bulunmamalıdır.
4. Erime derecesi 60 °C olmalıdır. Temiz, parlak, boncuk formda birbirine yapışmayı engelleyecek şekilde polimer ve yağ katkısı içermemelidir.
5. Doku penetrasyonu ve çözünümlü hızlı, kuvvetli olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
7. Rutin uygulamalarında homojen olarak erimeli ve dokulara problemsiz nüfuz etmelidir.
8. Doku takibinde ve doku gömmede iyi netice vermelidir.
9. Kesit sırasında mikrotom bıçaklarını köreltmemelidir.
10. Ürün özelliklerini belirten data sheetlerin ( kullanım klavuzu ) ve numunelerin ihale öncesi teslim edilmesi gereklidir.
11. Data sheetlerini (kullanım klavuzu) ve numunelerini teslim etmeyen firma değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir.Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
13. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
14. Üretici ,ürün içeriği,kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır

  
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 42634

  
Yrd. Doç. Dr. Hamide SAYAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 59071-106265

## HARRIS HEMATOXYLEN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme sıvı formda ve kullanıma hazır olmalıdır.
2. Solüsyon oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
3. Patoloji ve sitoloji laboratuvarında boyama maddesi olarak kullanılacaktır.
4. Orijinal rengine sıvı halde tortusuz olacaktır.
5. Ambalaj üzerinde orijinal etiketi bulunmalı, ürün adı, özellikleri, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
6. Solüsyon orijinal ambalajında 500 veya 1000 ml.lik cam veya plastik şişede olmalıdır.
7. Malzemenin son kullanma tarihi en az 18 ay olmalıdır.
8. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir. Uygunluğu laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
9. Teslim edilen malzemelerin miadı dolduğu takdirde malzemeleri teslim eden firma yeni tarihli malzemelerle eskileri değiştirmekle mükelleftir.
10. Ph:2,5-3 arasında olmalıdır.
11. Teslim edilen ürün ile numune aynı özellikte olmalıdır.
12. IVD uygulamalarına uygun olup CE belgeli olmalıdır.
13. 13.Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı yoksa, CE, TSE veya ISO belgesi olmalıdır.

  
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 42034

Yrd. Doç. D.  
MEÜ Sa.  
ve Uygul.  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 59071-106265

Yrd. Doç. Dr. Hatide SAYAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 59071-106265