

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/05/2018

İlan No : 2018-05-2499
İstem No : 40331
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

6

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/05/2499 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM KİTİ, PMİ, STERİL PLAZMA CİHAZI	1	Adet					
2	ENJEKSİYON VALFİ	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GAZ PLASMA STERİLİZATÖRÜ 100S PM 1 BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bakım kiti hastanemizde bulunan ASP/STERRAD Marka 100S Model Hidrojen Peroksit Gaz Plasma Sterilizatörüne tam uyumlu orijinal bakım kiti olmalıdır.
2. Teklif edilen bakım içerisinde PM1 bakım kiti mevcut olmalıdır. Aşağıda belirtilen parça, ekipman ve sarf malzemeleri içermelidir;
 - Vakum Pompası Koruyucu Yağ
 - Vakum Pompası Yağ Filtresi
3. Teklif edilen bakım içerisinde, yukarıda belirtilen malzemelerin değişimi yanı sıra aşağıda belirtilen test ve uygulamalar yapılmalı ve test belgesi sunulmalıdır.
 - Vaporizer 'in temizlenmesi
 - Vaporizer plate in temizliği
 - Hava tankında biriken suyun tahliyesi
 - Kapının ve çember içinin temizliği
 - Nem tutucu basınç regülatörünün tahliyesi
 - Egzoz filtresinin tahliyesi
 - Hava filtresinin temizliği
 - Kapı ve çember sıcaklık testi
 - Kompresör performans testi
 - Plazma, RF power testi
 - Kaçak testi
4. Teklif verecek firmalar, bakım kitini uyguladıktan sonra, cihaz üzerinde yapılması gereken tüm software kalibrasyonu, ayar ve yeniden devreye alma işlemlerinin tümünü gerçekleştireceklerdir.
5. Bakım kiti, üretici firmasının yetkili servis elemanı tarafından cihaza monte edilecektir. Servis elemanın üretici firmadan almış olduğu **güncel tarihli** eğitim sertifikası teklifle beraber sunulmalıdır.
6. Teklif verecek firmalar Üretici Firmanın veya Türkiye Genel Distribütörü Firmanın vermiş olduğu yetkili satıcılık belgesine sahip olmalıdır.
7. Teklif verecek firmaların, kendilerine ya da Türkiye Distribütörüne ait olan ve kapsamında Sterrad markasının yer aldığı aşağıda talep edilmiş olan Hizmet Yeterlilik Belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

Selman ÖCAL
Host.Biy.Tek.


KAYITLI DİĞER
TEKNİSYEN



İNJEKSİYON VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Valf ASP marka STERRAD 100S model hidrojen peroksit cihazına uyumlu olmalıdır.

2-Valf orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

3-Valf en az 1(Bir) yıl üretici firma garantisinde olmalıdır.

4-Valf CE güvenlik sertifikasına sahip olmalıdır.

Selman ÖCAL
Hast. Biy. Tek.


Kayhan DİKMEN
Teknisyen