

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

12/06/2018

İlan No : 2018-06-2804
İstem No : 40762
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/06/2018 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TRANSDUCER, PCB, VENTİLATÖR İÇİN	1	Adet					
2	REGÜLATÖR, HAVA, VENTİLATÖR İÇİN	1	Adet					
3	BAKIM KİTİ, VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN, 24 AYLİK	2	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TRANSDUCER PCB TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-PCB SLE marka 4000 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.

2-PCB orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

3-PCB en az 6(altı) ay üretici firma garantisinde olmalıdır.

4-PCB CE(güvenlik) sertifikasına sahip olmalıdır.

Selman ÖCAL
Host. Big. Tex.



KAYITLI DİKKETEN
TEKİRİŞTEN

24 AYLIK BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kit SLE marka 4000 model ventilatörlere uyumlu olmalıdır.

2-Kit orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

3-Kit en az 6(altı) ay üretici firma garantisinde olmalıdır.

4-Kit CE(güvenlik) sertifikasına sahip olmalıdır.

Selman ÖCAL
Hast. Biy. Tek.



SELMAN ÖCAL
TEKNİK ŞARTNAME

HAVA REGÜLATÖRÜ(INPUT AIR REGÜLATÖR F MODEL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Regülatör SLE marka 4000 model ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Regülatör yüksek hava basıncına(4-8 bar) karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3-Regülatör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Regülatör en az 6(altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.

Selman ÖCAL
Host. Biyomedikal Tek.


Kayhan DİKMEN
Teknik Servis
