

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

19/06/2018

İlan No : 2018-06-2888
İstem No : 40796
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/06/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, HEMODİYALİZ, ASİDİK, 5LT	1500	Adet					
2	SOLÜSYON, HEMODİYALİZ, BAZİK, 6LT	1500	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASİDİK 5 LT HEMODİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asit bidonları kilitli sistem olmalı ve Polietilen bidonlarda bulunmalıdır.
2. Asit Solüsyon 5 lt lik bidonlarda olmalıdır.
3. Asit Solüsyon, Toz bikarbonat 650gr ile Konsantre Hemodiyaliz Solüsyonu oluşturur.
4. 1 Litrelik Asit Konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve 1.225 bazik bikarbonat hemodiyaliz çözeltisi 32.775 lt uygun su ile diüle edildiğinde iyon konsantrasyonları aşağıda tertipte olacaktır.
 - a. Na+(Sodyum) :135-140 mmol/L
 - b. K+(Potasyum) :1-2 mmol/L
 - c. Ca++(Kalsiyum) :1,25-1,75 mmol/L
 - d. Mg++(Magnezyum):0,25-1 mmol/L
 - e. CL (Klorür) :105-115 mmol/L
 - f. HC03(Bikarbonat) :30-35 mmol/L
 - g. CH3COO(Asetat) :2-8 mmol/L
 - h. Glikoz: 1-2 gr/L
5. Bidonların üzerinde imal tarihi ,son kullanma tarihi ve ruhsat tarihi olmalıdır.
6. Bazik ve asidik bikarbonat solüsyonları takım halinde ve kullanımları sırasında birbirleriyle reaksiyon vermeyecek şekilde, birbirleriyle kullanıma uygun olmalıdır.

BAZİK 6LT (BİKARBONATLI) HEMODİYALİZ SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bazik bikarbonat solüsyonu 6 lt'lik bidonlarda ve bidonlar kilitli kapaklı olmalıdır.
2. Solüsyon 1 Lt'de 84gr sodyum bikarbonat içermelidir.
3. Bidonların üzerinde imal tarihi,son kullanma tarihi ve ruhsat tarihi belirtilmiş olmalıdır.
4. Solüsyonların son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olmalıdır
5. Solüsyonların bulunduğu bidonlar sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
6. Delik ,eksik,ince duvarlı ve protestosu okunmayan bidonlar olmamalıdır.
7. Bazik ve asidik bikarbonat solüsyonları takım halinde ve kullanımları sırasında birbirleriyle reaksiyon vermeyecek şekilde, birbirleriyle kullanıma uygun olmalıdır. Aynı marka olmayan farklı asidik ve bazik diyaliz çözeltileri alınması durumunda sık karşılaşılan sorunlar dökümanite edildiğinde aynı marka ürünle değişimi yapılacaktır.

Halil Rahman EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet A. KIVIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları-Nefroloji
Bil. Tes. No: 88744