

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2018

İlan No : 2018-06-3053
İstem No : 40974
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : OTOSKOP SEYYAR ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OTOSKOP, SEYYAR	18	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SEYYAR OTOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2,5 volt zenon halojen aydınlatmalı olmalıdır.
2. Işık çıkışı otoskopun arka kısmından uç kısıma doğru olmalı, yansımaz ve bozulmayan görüntü elde edilmelidir
3. Otoskop başlığı darbelere dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Otoskop başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemli olmalı, bu sayede kendi markasının değişik enerji kaynaklarında da kullanılabilir.
5. Otoskop başlığının 3x büyütme yapan optik camlı gözlem penceresi olmalı, çizilmeye dayanıklı olmalı ve kendi eksenini etrafında 360° dönebilir.
6. Sağlıklı bir muayene için yansımaları azaltmak amacıyla otoskop içi mat siyah olmalıdır.
7. Gerektiğine otoskop ile orta kulak pnömatik testi yapılabilir. Bunun için opsiyonel insuflasyon pompası olmalıdır. Pnömatik muayene için gözlem penceresi ile otoskop başlığın arasında conta olmalı ve gözlem penceresi hava geçirmez bir şekilde başlığa kilitlenebilir.
8. Gözlem penceresi kaybolmayı önlemek için başlığa vidalanmış olmalıdır ve sadece tornavida ile sökülebilir. Gözlem penceresi ve lens olarak iki parçadan oluşmalıdır. Sadece zarar gören kısım değişebilir.
9. Set ile beraber kulak zarı testinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için sürekli kullanım spekulumlarının ucuna takılan yumuşak tek kullanımlık uç verilmelidir. 3mm'lik uçlardan 1 paket(40 adet) ve 5mm'lik uçlardan 1 paket (40 adet) verilmelidir.
10. Otoskop ile beraber masa üstü şarj cihazında şarj olabilecek bir handle verilmelidir. Şarj cihazında iki adet şarj yuvası olmalı ve isteğe bağlı olarak iki adet handle aynı anda şarj edilebilir. Masa üstü şarj cihazı pilin doluluk durumunu ölçmeli, gerektiği kadar şarj ettikten sonra otomatik durmalı ve bu durumu ışıklı göstergesiyle bildirmelidir.
11. Set bir çanta içinde olmalıdır.
- 12 . Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşınmalıdır.

Uzm. Hemş. Müjle MORAN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hiss. Koordinatör Yrd.

Uzm. Hemş. Ayşe DAĞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemş. Hiss. Koordinatörlüğü
Başhemşire Yardımcısı