

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2018

İlan No : 2018-06-3056
İstem No : 40979
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : OTOSKOP DUVARA MONTE

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OTOSKOP, DUVARA MONTE	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DUVARA MONTELİ OTOSKOP-OFTALMOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz, 220 Volt, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışan bir adet duvara monte transformatör ünitesi üzerinde, bir adet 3.5 Volt'luk otoskop ve bir adet 3.5 Volt'luk oftalmoskop başlıkları ve bunlara ait el tutamaklarından oluşmalıdır.

2-Duvar transformatörüne istenildiği takdirde opsiyonel olarak digital termometre takılabilmelidir.

3-Duvara monte ünitesi, bünyesinde bulunan bir transformatör vasıtası ile şehir cereyanını 3.5 Volt'a düşürmeli, böylece 3.5 Volt'luk otoskop ve oftalmoskop ile bunlara ait el tutamaklarının çalışmasına imkan sağlamalıdır.

4-Duvara monte ünitesi üzerinde ışık şiddetini ayarlayan bir adet reosta bulunmalıdır.

5-Duvara monte ünitesi üzerinde, tutamaklardan herhangi biri kaldırıldığı zaman sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayan bir adet mikro anahtar bulunmalıdır.

6-El tutamakları krom kaplı pirinç olup duvara monte ünitesine spiral kordonlar ile bağlanmalıdır. Bu kordonlar en az iki metreye kadar açılarak uzayabilmelidir.

7-Duvar transformatörünün yanında 1 adet spekulum dispenser'ı olmalıdır.

8-El tutamakları, arzu edildiğinde cihazın markasına ait diğer 3.5 Volt'luk başlıklarla da kullanılabilir.

9-3.5 Volt'luk otoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır:

* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü verilmelidir.

* Cihaz fiberoptik aydınlatma sistemini içermelidir.

* Cihazda oynayabilir lens sistemi olmalıdır.

* Cihaz pneumatik otoskopiye uygun olmalıdır.

* Cihazın yanında 200 adet 3 ve 4 nolu boyda disposable spekulum verilmelidir.

* Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.

10-3.5 Volt'luk oftalmoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır.

* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü verilmelidir.

* Cihazda 5 adet aperlür (küçük, büyük, çizgi, fiksasyon ve kobalt filtre) bulunmalıdır.

* Cihazda coaxial optik sistem olmalıdır.

* Cihazda red-free filtre olmalıdır.

* Cihaz 15 adet aperlür kombinasyonu yapabilmelidir.

* Cihazda lineer polarize filtresi olmalıdır.

* Cihazda, her dioptride 28 lens olmak üzere -25'den +40'a kadar dioptri ayarı olmalıdır.

* Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.

11-Sistemin duvara monte edilebilmesi için gerekli olan tüm aparatlar cihaz ile birlikte verilmeli ve cihaz idarenin göstermiş olduğu yere firma elemanlarınca ücretsiz olarak monte edilmelidir.

12-Sistem fabrikasyon hatalarına karşı iki yıl boyunca satıcı firma garantisine sahip olmalıdır.

Uzm. Hemş. Merve MORAN
MEÜ Sağlık Hizmetleri
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizmeti Koordinatörü Yrd.

Uzm. Hemş. Ayşe DAĞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemş. Hizmet Koordinatörlüğü
Başhemşire Yardımcısı