

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2018

İlan No : 2018-06-2991
İstem No : 41285
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, PORT, SANTRAL VENÖZ, BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN, 8F, 60CM	5	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KEMOTERAPİ PORTU 8F TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Port tamamen titanyum olmalıdır.
- 2- Port dairesel yapıda olmalıdır.
- 3- MR uyumlu olmalıdır.
- 4- Malzeme çift steril ambalajda olmalıdır.
- 5- Port 8f silikon katatere uyumlu olmalıdır.
- 6- Portun yüksekliği 12,5 mm, tabanı 28mm, septumu 12mm ve ağırlığı 6,5 gram olmalıdır.
- 7- Portun giriş yüzeyi biyo uyumluluğu ve kapama yeteneği yüksek olan silikondan imal edilmiş olmalıdır.Ömrü 3000 giriş ve üstü olmalıdır.
- 8- Katater silikon malzemeden imal olmalı,uzunluğu 60 cm olmalıdır.
- 9- Portun ağırlığı 6,5gr olmalıdır.
- 10-Portun taban bölümünde süturlar için 5 delik olmalıdır.
- 11-Kemoterapi port setinin içinde bulunması gereken aksesuarlar;
 - 1 adet guide wire ve introduction needle
 - 1 adet tunneller
 - 1 adet huber needle
 - 1 adet 10cc enjektör ve iğne
 - 1 adet blunt needle
 - 1 adet titanyum port
 - 1 adet 8f silikon katater
 - 1 adet katater kilidi
- 12-Malzeme uluslar arası standartlara (CE belgesine) haiz olmalıdır.

ERG. DR. ERGİN KARİA
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fakültesi A.B.D.
Diy. İhs. No.: 10105

Prof. Dr. Altan YILDIZ
MEÜ. Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fakültesi A.B.D.
Diy. İhs. No.: 10105