

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/07/2018

İlan No : 2018-07-3395
İstem No : 41727
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/07/2018 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKUTAN, TEK ATIMLIK, 8FR, 25CM	10	Adet					
2	NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKUTAN, TEK ATIMLIK, 10FR, 25CM	5	Adet					
3	NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKUTAN, TEK ATIMLIK, 12FR, 25CM	2	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKÜTAN, TEK ATIMLIK 8 FR, 25 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde C-Flex materyalden yapılmış 8 FR pigtail nefrostomi kateteri olmalıdır.
2. Set içinde 21G trokar iğne olmalıdır.
3. Set içinde 19G trokar iğne ve 5FR PTFE kılıf olmalıdır.
4. Set içinde 6fr, 8fr,10fr fasyal dilatatörler olmalıdır.
5. Set içinde .038" 150cm PTFE kaplı kılavuz tel olmalıdır.
6. Set içinde kateterin kaymasını engelleyen percufix kateter kelepçesi olmalıdır.
7. Set içinde çıkarılabilir musluklu drenaj bağlama tüpü olmalıdır.
8. Set içinde 11 numara bıçak bulunmalıdır.

2. NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKÜTAN TEK ATIMLIK 10 FR, 25 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde C-Flex materyalden yapılmış 10 FR pigtail nefrostomi kateteri olmalıdır.
2. Set içinde 21G trokar iğne olmalıdır.
3. Set içinde 19G trokar iğne ve 5FR PTFE kılıf olmalıdır.
4. Set içinde 6fr, 8fr,10fr fasyal dilatatörler olmalıdır.
5. Set içinde, 038" 150cm PTFE kaplı kılavuz tel olmalıdır.
6. Set içinde kateterin kaymasını engelleyen percufix kateter kelepçesi olmalıdır.
7. Set içinde çıkarılabilir musluklu drenaj bağlama tüpü olmalıdır.
8. Set içinde 11 numara bıçak bulunmalıdır.

3. NEFROSTOMİ KATETER SET, PERKÜTAN TEK ATIMLIK 12 FR, 25 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde C-Flex materyalden yapılmış 12 FR pigtail nefrostomi kateteri olmalıdır.
2. Set içinde 21G trokar iğne olmalıdır.
3. Set içinde 19G trokar iğne ve 5FR PTFE kılıf olmalıdır.
4. Set içinde 6fr, 8fr,10fr fasyal dilatatörler olmalıdır.
5. Set içinde. 038" 150cm PTFE kaplı kılavuz tel olmalıdır.
6. Set içinde kateterin kaymasını engelleyen percufix kateter kelepçesi olmalıdır.
7. Set içinde çıkarılabilir musluklu drenaj bağlama tüpü olmalıdır.
8. Set içinde 11 numara bıçak bulunmalıdır.

Prof. Dr. Altan YILDIZ
MEÜ- Başlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Nefroloji A.D.
Dış. Tel. No: 10105

Doç. Dr. Engin KARA
MEÜ- Başlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Nefroloji A.D.
Dış. Tel. No: 10105