

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

01/08/2018

İlan No : 2018-08-3679
İstem No : 42092
Alım No :
Talep Eden Birim : KAN BANKASI DEPOSU / Terapötik Aferez Ünitesi Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

KA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/08/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AFEREZ SETİ, TROMBOSİT İÇİN	60	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Aferez Trombosit Seti Teknik Şartnamesi

1. Çift doz trombosit toplayabilmeli.
2. Sürekli akım tekniği ile çalışabilen cihaza tam uygun olmalıdır.
3. Sisteme istendiğinde donörün aferez öncesi cinsiyeti, boyu, kilosu, trombosit ve hematokrit sayısı girilebilmeli, yüksek trombosit sayılı donörlerden kısa zamanda yüksek saflıkta ürün alınması mümkün olmalıdır.
4. Sette dönüş hattında bir hava detektörü bulunmalıdır. Bu hava detektörü hastaya veya donöre gitme ihtimali olan en ufak mikro hava kabarcığını bile tespit edebilmeli ve engellemelidir.
5. Sistem tam otomatik olmalı. Ancak istendiğinde cihazın üzerinde bulunan tuşlar yardımı ile toplanacak ürünün miktarı saflığı ve konsantrasyonu hekimin amacına uygun olarak değiştirilmelidir.
6. Cihaz her işlemden önce kendi kendini test edebilmelidir. Teknik bir arızanın yanı sıra setin yerleştirilmesiyle ilgili hataları da saptayabilmelidir ve kullanıcıyı bir alarm vasıtasıyla uyarmalı ve hatanın neden veya nelerden kaynaklandığını saptayabilmelidir.
7. Cihaz çift doz trombosit topladığında, ürün içindeki toplam trombosit miktarı 4.0×10^{11} 'in altında olmamalı.
8. Cihaz tek doz trombosit topladığında, ürün içindeki toplam trombosit miktarı 2.0×10^{11} 'in altında olmamalı.
9. Cihaza toplaması için girilen trombosit değerini cihaz toplayamadığında; her bir işlem için bir set firma tarafından üniteye teslim etmeli.
10. Her ünite içindeki lökosit miktarı $<1 \times 10^6$ altında olmalıdır.
11. Donörün güvenliği ve hipovolemi riskinin ortadan kaldırılması açısından, setin hortumuna serum fizyolojik takılması gerekiyorsa, işlem sırasında 1000 ml serum fizyolojik her set için bir adet olacak şekilde firma tarafından setlerle birlikte teslim edilmelidir.
12. Beş gün saklanabilen trombosit setine en az iki adet trombosit torbası dahil olmalı, torbaların yapısı trombosit konsantrasyonunu beş güne kadar saklayabilecek şekilde gaz geçirgenliğine elverişli olmalıdır.
13. Her bir setle bir adet en az 500 ml. antikoagulan , 1 (bir) adet gaz geçirgen, steril trombosit saklama torbası, verilmelidir.
14. Yurt içine dağılmış yaygın satış ve teknik servis teşkilatı olmalıdır. Cihaz arızalanması durumunda 48 saat içinde müdahale edilecektir. 3 gün içinde faal hale getirilmezse yeni cihaz ile değiştirilecektir.
15. Cihazın üstünde hortum kapama cihazı yoksa bir adet hortum kapama cihazı firma tarafından bedelsiz ve set tüketimi tamamlanıncaya kadar birimde kalacak şekilde temin edilecektir.
16. Birimin gereksiniminin karşılanabilmesi için set ile uyumlu, 1 adet cihazın firma tarafından bedelsiz ve set tüketimi tamamlanıncaya kadar birimde kalacak şekilde temin edilecektir.
17. Temin edilecek cihazlar 10 (on) yaşını geçmeyecek cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.
18. Arızalı çıkan ve miadının dolmasına 3 ay kalan setler firma tarafından uygun miatlı ve sağlam setlerle değiştirilmesi gerekmektedir.
19. Her bir set için birer adet meyve suyu ve iki adet bası bandı firma tarafından temin edilecektir.

Biyolog Semra DENİZALP
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Aferez Ünitesi Sorumlusu

Prof. Dr. Eyüp NACİTİRK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hastalıkları Hematoloji
Dip Tes No: 51532-51494