

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

21/09/2018

İlan No : 2018-09-4379
İstem No : 43134
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

HS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2018 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATIN KOMPRES, RADYOOPAKLI, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM	3000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BATIN KOMPRES, RADYOOPAKLI, 8 KAT, 44-46CMX44-46CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batın kompresi hidrofil gaz bezinden olmalıdır.
2. Katlama şekli; kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli (cerrahi tip katlama), kenarlarından serbest lifler vermemelidir. Çift dikişli ortasından ("X" şeklinde) çapraz dikilmiş olmalıdır.
3. Kompres açılımı 90 cm*2 m (± 3 cm) olmalıdır.
4. Gazlı Bez ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır.
5. Gaz kompreste kullanılan gazlı bezin metrekaresi en az 27 gr olmalıdır.
6. Sağlık Bakanlığınca verilmiş üretim yeri izin belgesi bulunmalıdır ve ibraz edilmelidir.
7. Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm²'de toplam 20 tel olmalı ve %100 pamuk ipliğinden üretilmelidir.
8. Kompreste kullanılan radyopaklı iplik boydan boya dokunmuş olmalıdır. Radyopak ipi sabitlemek için yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Kullanılan radyopak iplikler monofilamen karakterli, mavi renkte olmalı, buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekme yapmamalı ve X ışını ile görülebilmelidir.

Semra ÜNLÜ
Ameliyathane Sorumlusu

Doç. Dr. Özgür TÜRKMEÑOĞLU
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD
Dip. No. 1412/87078

Özgür Türkmenoğlu