

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

14/12/2018

İlan No : 2018-12-5738
İstem No : 44917
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/12/2018 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KLİP, ANEVİRİZMA, STANDART, KALICI, EĞRİ, 8.6MM	4	Adet					
2	KLİP, ANEVİRİZMA, STANDART, KALICI, DÜZ, 7MM	4	Adet					
3	KLİP, ANEVİRİZMA, STANDART, GEÇİCİ, DÜZ, 9MM	1	Adet					
4	KLİP, ANEVİRİZMA, STANDART, GEÇİCİ, EĞRİ, 8.3MM	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-4. KLİP, ANEVİRİZMA, STANDART, KALICI/ GEÇİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anevrizma klipler **Titanyum (ISO 5832-3 göre Ti Al6 V4)** hammaddesinden imal edilmiş olacaktır. Kliplerin orjinal kataloğunda bu özellik gösterilecektir. Krom Kobalt veya çelik alaşımlı klipler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Malzemelerin polisağı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Mini ve standart kliplerin karıştırılmaması amacıyla farklı renklerde olması tercih sebebi olabilecektir.
3. Teklif edilecek anevrizma klipleri MRI uyumlu, non-ferromagnetic özellikte olmalı ve bu özellik orjinal kataloğunda gösterilmelidir. CT/MR görüntüleme araçlarında minimum artifakt yaratmalıdır. Bu sayede takılan klip, ayrıntılı olarak takıldığı damar üzerinde kontrol edilebilmelidir.
4. Klipler atravmatik yapıda ve her biri çift steril ambalajda olacaktır. Klipler GAMA sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş ve paketlenmiş olmalıdır. Sterilizasyonun başlangıç ve bitiş tarihleri kutu üzerinde mutlaka yazılı olmalıdır. Her klip kutusu içerisinde 2 adet güvenlik barkodu bulunmalıdır. Bu barkod sayesinde, hastaya takılan klipler ile ilgili bir problem yaşanması durumunda, klabin üretim geçmişi ve metal yapısı hakkında detaylı fabrika verilerine ulaşılabilir.
5. Kliplerin ağız kısmı operasyon sırasında klabin kaymasını engellemek amacıyla piramitimsi girintiler şeklinde olacaktır. Klip uçları, takılma esnasında damar ve doku aralarından kolayca geçebilmesi için, uç kısımlarına doğru incelen bir yapıda olmalıdır.
6. Kliplerde kutu kilit (box-lock) mekanizması olmalıdır. Klip takılırken, blade hareket saplarının sağa sola hareketini engelleyici bir kanal içinde açılıp kapanma işlemini gerçekleştirmesi ve klip takıldıktan sonraki stabilitesini artırması için ekstra özellikleri olan klipler tercih edilecektir.
7. Kliplerin kapanma güçleri aşağıdaki değerlerde olmalıdır. Bu değerler orjinal kataloglarda ayrı ayrı gösterilmelidir. Her bir klibe ait sıkma basıncı katalog üzerinde ayrı ayrı gösterilmelidir. Genel ifadeler kabul edilmeyecektir. Ayrıca her klip kutusu üzerinde sıkma basıncı, uç uzunluğu ve maksimum açılma uzunluğu gibi net ifadeler yazılı olacaktır.

Kapama güçleri		
Mini	:	100gr. - 110gr. arası
Standart	:	180gr. - 200gr arası
Standart / Büyük	:	180gr. - 200gr arası
Fenestre	:	150gr. - 180gr arası
Geçici (mini)	:	70gr. - 90gr arası
Geçici (Standart)	:	90gr. - 130gr arası
Geçici (Fenestre)	:	110gr

8. Malzemelerin hasta takibatının yapılması için, herbirinin üzerinde tanıtıcı numarası (lot numarası) yazılı olacaktır. Ayrıca her klip kutusu üzerinde kliplerin kapanma güçleri yazılı olacaktır.
9. İştirakçi firmalar grubun tamamına teklif vereceklerdir ve teklif edilen ürünler aynı marka olacaktır.
10. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orjinal kataloğunda ayrı ayrı gösterilecektir. Teklif edilen ürün ile orjinal kataloğu arasında farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
11. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamına bu şartname ve ekindeki listeye göre hazırlayacakları kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi başlığı adı altında iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış evrakları ihale dosyası içinde vereceklerdir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
12. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

Dr. Öğr. Uy. Vural HAMZAĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tescil No: 114656/94360

Prof. Dr. Celal BAĞDATOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Nöroşirürji A.D. Başkanı
Dip. Tesc. No : 97 101